

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020  
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE CELEBRA CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS, LA CUAL SE CELEBRA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VI, 58 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ARTÍCULOS 53 Y 54 DE SU REGLAMENTO Y EN EL NÚMERO III DE LAS BASES DE LICITATORIAS RECTORAS DEL PROCESO.**

En Chihuahua, Chihuahua, siendo las 11:00 horas del día 14 de noviembre de 2019, reunido el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado, el C.P. José Francisco Almanza Alarcón, en su calidad de Presidente; Lic. Mario Gustavo Montemayor Guerrero, Encargado de la Dirección de Finanzas en calidad de Vocal; Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes, Coordinador Jurídico, en calidad de Vocal, y el Dr. Ángel Villaseñor Benavides, Director Médico, como Vocal y Requiriente de los bienes, contando con la presencia de la C.P. Brenda Hernández García, Encargada de la Coordinación de la Contraloría Interna de Pensiones Civiles del Estado, en calidad de observadora, en el Auditorio de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en el segundo piso del Edificio de Consulta Externa con domicilio en Avenida Teófilo Borunda Ortiz N° 2900, C.P. 31000, en la Colonia Centro de la ciudad de Chihuahua; quienes proceden a llevar cabo la junta de aclaraciones derivada de la licitación pública ya referida, mediante la cual se desahogarán las dudas y planteamientos que se formulen por los participantes de manera clara y precisa, así como hacer constar las respuestas de los mismos.

Para el desarrollo de la presente junta funge como presidente el **C.P. José Francisco Almanza Alarcón**, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado, quien será apoyado y asesorado por el resto de los integrantes del Comité y el personal especializado de las áreas médica, técnica y jurídica, por ser en su conjunto, las personas que cuentan con los conocimientos necesarios para dar respuesta satisfactoriamente las dudas que surjan en la presente.

Acto seguido el C.P. José Francisco Almanza Alarcón en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59, fracciones III y IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y el artículo 53 de su Reglamento, pone en conocimiento que las personas que cumplieron con el requisito de enviar el escrito vía electrónica, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de una o un tercero, manifestando los datos generales de la persona interesada y, en su caso, de quien funja como representante, en los términos del numeral III de las bases rectoras del procedimiento, y cuyas dudas planteadas son procedentes para su contestación, son los siguientes:

1. Blanca Lorena Román Tarango.
2. Daonsa Implantes, S.A. de C.V.
3. Medtronic, S. de R.L. de C.V.
4. Smith & Nephew, S.A. de C.V.
5. Biomet México, S.A. de C.V.

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020  
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

6. Control Scientific, S.A. de C.V.
7. Sandra Acosta Orozco.

Sólo aquellos licitantes que cumplieron con el requisito de entregar el escrito a que se refiere el párrafo anterior, se les dará respuesta a las aclaraciones que fueron recibidas vía electrónica a los correos que fueron proporcionados en las bases licitatorias.

A continuación la convocante lleva a cabo las siguientes aclaraciones:

1.- Para las partidas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18 y 19 del Anexo A8, Trauma, el licitante deberá proporcionar el instrumental adecuado para la realización de un procedimiento de tipo mínimo invasivo.

2.- En la partida 1 del Anexo A7, Hombro:

DICE:

No. Partida	Clave	Descripción	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	A7-HOM1	<p>Prótesis total de hombro. Vástago Humeral cementado: componente de material de titanio con medidas de espesor 6 a 12 mm y vástago de revisión con espesor de 6 a 12mm. Copa: componente hecho de cromo de cobalto en medidas 40 a 56 mm y de 15 a 23 mm. Glenoide: componenete hecho de polietileno de alto peso molecular en medidas de 40 a 56 xl. Cemento con gentamicina o tobramicina. Tapón de polietileno para canal de húmero en medidas de acuerdo al espesor de vástago. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesoría de instrumentista para el implante.</li> <li>- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.</li> <li>- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.</li> <li>- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.</li> </ul>	3	7

DEBE DECIR:

No. Partida	Clave	Descripción	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	A7-HOM1	<p>Prótesis total de hombro. Vástago Humeral cementado: componente de material de titanio con medidas de espesor 6 a 12 mm Copa: componente hecho de cromo de cobalto en medidas 40 a 56 mm y de 15 a 23 mm. Glenoide: componenete hecho de polietileno de alto peso molecular en medidas de 40 a 56 xl. Cemento con gentamicina o tobramicina. Tapón de polietileno para canal de húmero en medidas de acuerdo al espesor de vástago. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesoría de instrumentista para el implante.</li> <li>- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.</li> <li>- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.</li> <li>- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.</li> </ul>	3	7

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page]*



**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

Por no haber más aclaraciones por parte de la convocante a continuación se procede a dar contestación a las dudas que presentaron los licitantes vía electrónica y que además cumplieron con el requisito de presentar el escrito en el que manifiestan su deseo de participar en la licitación en los términos arriba ya mencionados, contestación que se da en los términos siguientes:

**Por parte del BLANCA LORENA ROMÁN TARANGO:**

**Pregunta 1.-** Bases de licitación punto No. II. II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN

A) FORMA DE ADJUDICACIÓN

Primer párrafo:

La adjudicación de los bienes se llevará a cabo para cubrir necesidades de la institución para el ejercicio fiscal 2109, la que se llevará a cabo por medio de contrato en su modalidad de contrato abierto, en los términos establecidos en el artículo 83 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Solicito a la convocante especifique o aclare ¿Qué año es el que se va a licitar?

**Respuesta 1.-** Es una adjudicación para la adquisición de bienes para satisfacer necesidades de la Institución para el ejercicio 2020.

**Pregunta 2.-** Bases de licitación punto No. III. III.- PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Sexto párrafo: Si el escrito de interés de participación fue enviado fuera del plazo otorgado para ello, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la junta, y en caso de no haberlo enviado, sólo podrá acudir en calidad de observador. La falta de dicho escrito no será impedimento para presentar las propuestas en la licitación.

Al momento de recibir las respuestas de la convocante, no existe el formato o forma de analizar las respuestas y poder así dejar en claro las dudas.

Por lo cual en el derecho a formular preguntas, sobre las respuestas de la convocante; se solicita a la convocante una segunda vuelta de junta de aclaraciones para dudas que puedan surgir, a esas respuestas recibidas por la convocante.

**Respuesta 2.-** Entregada el acta derivada de este acto de junta de aclaraciones, se darán 24 horas para que los licitantes repregunten sobre las respuestas otorgadas por la convocante, mismas que deberán hacerlas llegar en los términos establecidos en el numeral III de las bases rectoras del proceso y se dará respuesta en junta pública el día 19 de noviembre de 2019 a las 15:00 horas en el segundo piso del Edificio de Consulta Externa con domicilio en Avenida Teófilo Borunda Ortiz N° 2900, C.P. 31000, en la Colonia Centro de la ciudad de Chihuahua.







B

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020  
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

No se dará respuestas a preguntas que no tengan relación con las respuestas otorgadas en la presente junta de aclaraciones.

**Pregunta 3.- Bases de licitación punto No VIII. VII.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS**

Primer párrafo: El licitante que desee participar deberá presentar sólo una propuesta por la o las partidas que considere conveniente, en caso de presentar más de una propuesta por partida, será desechada su propuesta.

Solicito a la convocante especificar tipo de material: Titanio o Acero, ya que existe la posibilidad de que haya un set que tenga ambas presentaciones, por la naturaleza del material fabricado el precio varía considerablemente, para una propuesta apegada a requerimiento y sin desventajas para los participantes.

**Respuesta 3.-** La convocante solicita acero.

**Pregunta 4.- Evaluación de las propuestas: VIII.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:** La convocante para efectuar la evaluación de las propuestas, verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases licitatorias.

La evaluación de las propuestas se realizará a través del sistema binario, es decir, se adjudicará a la persona que cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo.

Sin embargo en requerimientos adicionales anexo A8 y B8 dice lo siguiente:

Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

Solicito a la convocante especifique de manera clara y precisa la forma de evaluar la licitación y nos proporciones un ejemplo.

**Respuesta 4.-** Se realizara a través del sistema binario.

**Pregunta 5.- Anexo A8. Anexo A8. Solcito a la convocante especifique de la mejor forma posible a que se refiere con la conformación de un SET y nos proporcione un ejemplo.**

**Respuesta 5.-** Un set se integra por los componentes que son necesarios para la colocación óptima de una prótesis, los cuales deben ser compatibles entre sí, y que tiene como objeto la mejor recuperación física y motriz en el paciente que se interviene quirúrgicamente.

**Pregunta 6.- Anexo A8. Anexo A8. En el párrafo de requerimientos adicionales dice lo siguiente: Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.**





**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

Solicito a la convocante especifique de la mejor forma clara y precisa a que se refiere con la conformación de EL SISTEMA y nos proporcione un ejemplo.

**Respuesta 6.-** Un sistema se integra por los componentes que son necesarios para la colocación óptima de una prótesis, los cuales deben ser compatibles entre sí, y que tiene como objeto la mejor recuperación física y motriz en el paciente que se interviene quirúrgicamente.

**Pregunta 7.-** Anexo A8. Anexo A8. De las partidas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18, 19, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 43 y 44 solicitamos a la convocante describa de forma clara y precisa el contenido del Set, tipo de material que requiere la convocante, medidas de las placas, grosor de la placa, diámetro y longitudes de los tornillos y/o pernos de bloqueo.

**Respuesta 7.-** Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.

**Por parte de DAONSA IMPLANTES, S.A. DE C.V.:**

**Pregunta 1.-** En el punto VII. Instrucciones para elaborar las propuestas, se hace referencia a que todos los documentos que la integran deberán ir firmados autógrafamente, ¿esta firma puede ser de la persona a la que se le adjudique poder para presentar la propuesta o tiene que ser forzosamente el representante legal?

**Respuesta 1.-** Tiene que ser firmadas por la persona que firme las propuestas, además debe contar con las facultades legales para ello.

**Pregunta 2.-** En el punto VII. Instrucciones para elaborar las propuestas. En el apartado 5. Anexo A (Propuesta Técnica) se hace mención a que debe incluir el nombre y firma del representante legal, en este caso, ¿puede ser el nombre y firma de la persona a la que se le adjudicó poder para presentar la propuesta?

**Respuesta 2.-** Tiene que ser firmado por la persona que firme las propuestas, además debe contar con las facultades legales para ello.

**Pregunta 3.-** En el punto VII. Instrucciones para elaborar las propuestas. En el apartado 14, punto a, se hace mención a entregar el material y el instrumental necesario para la instrumentación requerida, cuando se notifique fecha, lugar y hora. ¿Esto hace referencia a que se estará llevando el material e instrumental por evento? ¿No se tiene que dejar permanentemente en ningún hospital?

**Respuesta 3.-** El material y el instrumental se debe llevar por evento notificado.



**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Pregunta 4.-** El punto XI. Plazo, lugar y condiciones de entrega, en el punto número 3. Se hace referencia a que en el caso de las artroscopias, el proveedor que resulte adjudicado proporcione torre completa de artroscopio en donde sea requerido por la convocante; ¿la torre tiene que estar de manera permanente en cada uno de los hospitales donde tenga convenio PCE o se estarán llevando por evento?

**Respuesta 4.-** La torre completa de artroscopia debe estar de manera permanente en los hospitales convenidos.

**Pregunta 5.-** El archivo de Excel proporcionado incluye tanto la propuesta técnica como la económica. ¿Se entregará en este formato o se va a separar en dos archivos?

**Respuesta 5.-** Puede entregarse en un solo archivo, sin ser limitativo.

**Pregunta 6.-** En la propuesta económica, Anexo B6, en la columna F (costo unitario) se pondrá el costo por pieza en los renglones que está detallado el componente y ya en el renglón del sistema se incluirán todos los componentes, es decir, ¿si un sistema consiste por ejemplo de 6 tornillos más otros componentes, es el momento de incluirlos todos?

**Respuesta 6.-** El precio de cada uno de los componentes deberá detallarse para conocer el precio unitario de cada uno de ellos, como se menciona en el anexo técnico A6 en los requerimientos adicionales “En las partidas en que es factible la existencia de niveles, deberá el proveedor considerar el nivel más alto para efecto de la cotización.” DE IGUAL FORMA SE MENCIONA “Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.”

**Pregunta 7.-** En la propuesta económica, Anexo B6, en la partida 1, “Instrumentación para cervical vía anterior, placa cervical anterior de titanio, bajo perfil, forma trapezoidal, para 1, 2, 3 y 4 niveles, dinámica y semi-constreñida, tornillo de titanio autoperforante y autorroscante, de rescate con sistema de bloqueo”, se hace mención para 1 a 4 niveles. La pregunta es, ¿se hará la propuesta del costo del primer nivel y de acuerdo al requerimiento de la convocante para un procedimiento se hará el cálculo del costo de los niveles utilizados? ¿O cómo se debe realizar la propuesta?

**Respuesta 7.-** El participante deberá realizar su propuesta de acuerdo a los requerimientos adicionales solicitados en el Anexo Técnico A6:

*“En las partidas en que es factible la existencia de niveles, deberá el proveedor considerar el nivel más alto para efecto de la cotización.” DE IGUAL FORMA SE MENCIONA “Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.”*

**Pregunta 8.-** En la propuesta económica, Anexo B6, en la partida 3 no se hace referencia a los niveles. ¿Cuántos niveles como máximo están autorizados para este procedimiento?





**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020  
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Respuesta 8.-** En las partidas en que es factible la existencia de niveles, deberá el proveedor considerar el nivel más alto para efecto de la cotización.

**Pregunta 9.-** En la propuesta económica, Anexo B6, en la partida 22, no se hace referencia a cuantos niveles y/o cantidad de tornillos se van a cotizar. ¿La propuesta se haría con 1 nivel y de ahí se partiría de acuerdo a lo utilizado en un procedimiento?

**Respuesta 9.-** En las partidas en que es factible la existencia de niveles, deberá el proveedor considerar el nivel más alto para efecto de la cotización.

**Pregunta 10.-** En la propuesta económica, Anexo B6, en la partida 23, ¿las barras se cotizarán por pares o por pieza, ya que el procedimiento requiere de 2 piezas?

**Respuesta 10.-** Deberá cotizarse por pares.

**Pregunta 11.-** En la propuesta económica, Anexo B6, partida 29. ¿Se refiere al sistema de caja cervical anterior auto estable? ¿Caja peek con titanio, convexas y lordóticas con tres puntos de fijación 12 x 14mm y de 5 a 9 mm de altura y tornillos de 2.5 y 3.0mm y 12, 14 y 16mm de longitud?

**Respuesta 11.-** Es correcta su apreciación, sin ser limitativa.

**Por parte de MEDTRONIC, S DE R.L. DE C.V.:**

**Pregunta 1.-** Inciso D) ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES "La persona física o moral que desee participar en la licitación acreditará la personalidad de quien suscriba la propuesta mediante el Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal vigente, siempre y cuando a la fecha de la presentación de la propuesta no haya sufrido modificación respecto a la representación. En caso de que la persona que firme la propuesta sea distinta a la que se encuentra acreditada en el Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal, o bien, no cuente con dicho registro en el padrón, deberá acudir su personalidad en las oficinas de la Coordinación Jurídica de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, los días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día 28 de noviembre de 2019, en un horario de 9:00 a las 14:00 horas. A efecto de acreditar la personalidad, se deberá entregar la documentación que enseguida se indica"  
ADMINISTRATIVO Debemos entender que al acudir a las oficinas a efecto de acreditar la personalidad podremos participar en el presente evento, sin ser necesario presentar el Padrón de Proveedores vigente. Favor de aclarar

**Respuesta 1.-** Es correcta su apreciación.











**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020  
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Pregunta 2.-** Inciso D) ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES "La persona física o moral que desee participar en la licitación acreditará la personalidad de quien suscriba la propuesta mediante el Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal vigente, siempre y cuando a la fecha de la presentación de la propuesta no haya sufrido modificación respecto a la representación. En caso de que la persona que firme la propuesta sea distinta a la que se encuentra acreditada en el Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal, o bien, no cuente con dicho registro en el padrón, deberá acudir su personalidad en las oficinas de la Coordinación Jurídica de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, los días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día 28 de noviembre de 2019, en un horario de 9:00 a las 14:00 horas. A efecto de acreditar la personalidad, se deberá entregar la documentación que enseguida se indica"  
ADMINISTRATIVO. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitamos nos indique qué documento se debe presentar para participar en el presente evento, en caso de no estar inscrito en el padrón de proveedores

**Respuesta 2.-** Documento expedido por la Coordinación Jurídica de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en el que haga constar la persona que cuenta con las facultades legales suficientes para la firma de las propuestas técnica y económica.



**Pregunta 3.-** "PROPUESTA TÉCNICA: subpunto 1. Original o copia certificada y copia simple del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal vigente o el oficio de acreditación de personalidad expedida por la Coordinación Jurídica de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. En caso de exhibir el Padrón de Proveedores, el original será devuelto en el acto de apertura de propuestas". ADMINISTRATIVO. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta No. 1 para cumplir con este punto será suficiente presentar el comprobante de la acreditación de personalidad mencionada en el supuesto anterior para poder participar en el presente evento, Favor de aclarar.

**Respuesta 3.-** Es correcta su apreciación.

**Pregunta 4.-** Inciso "D) ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES 5. Original o copia certificada, y copia simple, de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes" ADMINISTRATIVO Para cumplir con este punto Debemos entender que el documento original, que se presentará como original será la impresión simple de la cédula de identificación fiscal emitido por el SAT con fecha vigente. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta 4.-** Es correcta su apreciación.

**Pregunta 5.-** Inciso "D) ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES 7. Original o copia certificada, y copia simple, del último comprobante de algún servicio del domicilio del licitante" ADMINISTRATIVO Para cumplir con este punto bastará con presentar el original del comprobante de domicilio más reciente emitido por Teléfonos de México S.A.B. DE C.V. a nombre de mi representada. ¿Es correcta nuestra apreciación?





**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Respuesta 5.-** Es correcta su apreciación.

**Pregunta 6.-** Marcapasos Técnica Anexo A3 Partida 1 Clave A3-MARP1 Descripción Marcapasos VVIR (Unicameral). TÉCNICO Solicitamos atentamente a la convocante nos indique ¿si requiere pieza o kit para esta partida? Favor de aclarar. MEDICA

**Respuesta 6.-** Se requiere incluir un kit el cual contenga el generador, los introductores y los cables necesarios.

**Pregunta 7.-** Marcapasos Técnica Anexo A3 Partida2 Clave A3-MARP2 Descripción Marcapasos DDDR (Doble Cámara). TÉCNICO. Solicitamos atentamente a la convocante nos indique ¿si requiere pieza o kit para esta partida? Favor de aclarar.

**Respuesta 7.-** Se requiere incluir un kit el cual contenga el generador, los introductores y los cables necesarios.

**Pregunta 8.-** Marcapasos Técnica Anexo A3 Partida 3 Clave A3-MARP3 Descripción Marcapaso Tricameral. TÉCNICO. Solicitamos atentamente a la convocante nos indique ¿si requiere pieza o kit para esta partida? Favor de aclarar.

**Respuesta 8.-** Se requiere incluir un kit el cual contenga el generador, los introductores y los cables necesarios.

**Pregunta 9.-** Marcapasos Técnica Anexo A3 Partida 5, Clave A3-MARP5 Descripción Generador desfibrilador automatico unicameral. TÉCNICO Solicitamos atentamente a la convocante nos indique ¿si requiere pieza o kit para esta partida? Favor de aclarar.

**Respuesta 9.-** Se requiere incluir un kit el cual contenga el generador, los introductores y los cables necesarios.

**Pregunta 10.-** Marcapasos Técnica Anexo A3 Partida 6, Clave A3-MARP6 Descripción Generador desfibrilador automático doble cámara. TÉCNICO. Solicitamos atentamente a la convocante nos indique ¿si requiere pieza o kit para esta partida? Favor de aclarar.

**Respuesta 10.-** Se requiere incluir un kit el cual contenga el generador, los introductores y los cables necesarios.

**Pregunta 11.-** Marcapasos Técnica Anexo A3 Partida 7, Clave A3-MARP7 Descripción Marcapasos Unicameral compatible con Resonancia Magnética MRI. TÉCNICO. Solicitamos atentamente a la convocante nos indique ¿si requiere pieza o kit para esta partida? Favor de aclarar.

**Respuesta 11.-** Se requiere incluir un kit el cual contenga el generador, los introductores y los cables necesarios.





**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Pregunta 12.-** Marcapasos Técnica Anexo A3 Partida 8, Clave A3-MARP8 Descripción Marcapasos Bicameral compatible con Resonancia Magnética MRI. TÉCNICO. Solicitamos atentamente a la convocante nos indique ¿si requiere pieza o kit para esta partida? Favor de aclarar.

**Respuesta 12.-** Se requiere incluir un kit el cual contenga el generador, los introductores y los cables necesarios.

**Pregunta 13.-** Marcapasos Técnica Anexo A3 Partida 9, Clave A3-MARP9 Descripción Resincronizador (marcapasos tricameral) con función de desfibrilador MRI. TÉCNICO. Solicitamos atentamente a la convocante nos indique ¿si requiere pieza o kit para esta partida? Favor de aclarar.

**Respuesta 13.-** Se requiere incluir un kit el cual contenga el generador, los introductores y los cables necesarios.

**Por parte de SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.:**

**Pregunta 1.-** PROPUESTA TÉCNICA: PUNTO 4. Se solicita amablemente a la convocante nos confirme si bastara presentara un escrito bajo protesta de decir verdad que ninguno de los socios, desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, y firmada solo por el representante quien suscribe la propuesta.  
Adjuntando el acuse de manifestación de vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tiene con servidores Públicos que expide la secretaria de función pública.

**Respuesta 1.-** Se acepta su propuesta, sin ser limitativa.

**Pregunta 2.-** Propuesta Técnica Punto 15, Solicitamos a la Convocante nos permita presentar los registros sanitarios por familia de productos a ofertar?

**Respuesta 2.-** Se acepta sin ser limitativa.

**Pregunta 3.-** Propuesta técnica" inciso 18. Indican que se debe entregar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de la presente licitación debidamente firmada.  
Solicitamos a la convocante nos permita entregar un escrito donde se señale que se tiene conocimiento y se acepta lo establecido en las bases rectoras y lo que se emane de su junta de aclaraciones. Esto con el fin de cuidar nuestro impacto ecológico con el desperdicio de papel.

**Respuesta 3.-** Se acepta su propuesta.

 10





**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Pregunta 4.- ANEXO A8, IMPLATES PARA TRAUMA. PARTIDA: 1 AL 48.** Al solicitar las bienes requeridos por set nos da oportunidad de participar en una cirugía, con un abanico de implantes más robusto, para dar a conocer nuestros implantes que ofrecen mejor tecnología y también brinda soluciones tanto al hospital como al paciente, ya que la tecnología en implantes que ofrece mi representada posee beneficios en el gasto de esterilización siendo que los implantes son estériles?  
Se acepta?

**Respuesta 4.-** No es clara la pregunta, el numeral e inciso que menciona no tiene relación directa con su pregunta, por lo que con fundamento en el séptimo párrafo del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se desecha su pregunta.

**Pregunta 5.- ANEXO A8, IMPLATES PARA TRAUMA. PARTIDA: 1 AL 48.** Al solicitar las bienes requeridos por set nos permita ofertar centromedulares de 4ta generación con compatibilidad con equipo de navegación reduciendo el uso de exposición a la radiación dando como resultado ahorros a la institución y cuidado de la salud para cualquier Personal ocupacionalmente expuesto.

**Respuesta 5.-** Se acepta sin ser limitativa.

**Por parte de BIOMET MÉXICO, S.A. DE C.V.:**

**Pregunta 1.-** Para las partidas de rodilla primaria Anexo A4 sub partida A4-RODI1 y A4-RODI3 con el objeto de generar la libre participación ¿Pueden integrarse componentes femorales desde 55mm con incrementos de 2.5mm en vez de 4mm? Toda vez que estos incrementos no cambio o modifican los componentes de la rodilla

1	A4-RODI1	Rodilla Primaria Modular Anatómica, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, condilo asimétrico con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 66, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación. - Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. - Asesoría de instrumentista para el implante.	78	195			
3	A4-RODI3	Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, condilo asimétrico con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 66, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al plástido tibial con poste para estabilizado posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	8	20			

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*



**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Respuesta 1.-** Se acepta su propuesta sin ser limitativa.

**Pregunta 2.-** Para la partida de rodilla anexo A4 sub partida A4-RODI4, con la finalidad de generar la libre participación y sin que esto altere los componentes de la rodilla ¿Pueden incluirse aumentos tibiales, adicionalmente a los aumentos femorales mencionados en la descripción de material?

**Respuesta 2.-** Se acepta su propuesta sin ser limitativa.

**Pregunta 3.-** Para la partida de rodilla anexo A4 subpartida A4-RODI4, para generar la libre participación se le pregunta a la combocante ¿Los aumentos y vástagos mencionados pueden ser unidos mecánicamente al componente correspondiente?

4	A4-RODI4	Rodilla Revisión con Vástago Largo, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior condilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Con modulo de conversión para fijación de vástago femoral de 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro por 100, 150, 200 mm de longitud, con posibilidad de aumentos distales y posteriores de 5 y 10 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Con vástago de 10, 12, 14, 16 mm. De diámetro por 100, 150, 200 mm. De longitud.	8	20		
---	----------	---	---	----	--	--

**Respuesta 3.-** Se acepta su propuesta sin ser limitativa.

**Pregunta 4.-** Para la partida de cadera anexo A5 subpartida A5-CAD2 y con la finalidad de generar la libre participación le pregunto amablemente a la convocante ¿Se acepta que la cabeza mencionada en la solicitud de material sea de cerámica?

2	A5-CAD2	Cadera Primaria no cementada Vástago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diámetro, en incrementos de 1 mm. Cabeza Femoral de Oxido de Zirconia en diámetros de 28, 32 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con orificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación. En diámetros de 42 a 60 mm. con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de enlaces cruzados, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de longitud. Asesoría de Instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	3	7		
---	---------	---	---	---	--	--

**Respuesta 4.-** Se acepta su propuesta sin ser limitativa.

**Pregunta 5.-** Para la partida de cadera Anexo 5 sub partida A5-CAD7 y sub partida AS-CAD8 con la finalidad de generar la libre participación y sin decremento en los componentes de la cadera, se le pregunta amablemente a la convocante ¿Se acepta vástago modular capaz de configurarse para cumplir con las especificaciones del material solicitado?



**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

7	AS-CAD7	Cadera de Revisión con vástago no cementado y reemplazo de calcar Vástago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, con reemplazo de Calcar de 45 y 55 mm., y longitud de 220 mm. Con diámetros de 9 a 17 mm en intervalos de 2 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, +3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y anillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	11	26		
8	AS-CAD8	Cadera de Revisión con vástago largo no cementado Vástago Femoral de titanio con recubrimiento con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, con longitud de 250 mm. Con diámetros de 11 a 17 mm. en incrementos de 2 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, +3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y anillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud, con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	11	26		

**Respuesta 5.-** Se acepta su propuesta sin ser limitativa.

**Pregunta 6.-** Solicito a la convocante favor de aclarar en la Partida 1, Sub partida A7-HOM1 del Anexo A7, se solicita cotizar vástago humeral primario y de revisión. ¿Se solicitan dos cotizaciones dentro del mismo Anexo? o ¿Se cotiza por componente incluyendo los dos vástagos?

1	A7-HOM1	Prótesis total de hombro. Vástago Humeral cementado: componente de material de titanio con medidas de espesor 6 a 12 mm y vástago de revisión con espesor de 6 a 12mm. Copa: componente hecho de cromo de cobalto en medidas 40 a 56 mm y de 15 a 23 mm. Glenoide: componenete hecho de polietileno de alto peso molecular en medidas de 40 a 50 sl. Cemento con gentamicina o tobramicina. Tapón de polietileno para canal de húmero en medidas de acuerdo al espesor de vástago - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	3	7		
---	---------	---	---	---	--	--

**Respuesta 6.-** Apegarse a la aclaración 2 realizada por la convocante.

**Pregunta 7.-** Solicito a la convocante favor de aclarar en la Partida 2, Sub partida A7-HOM2 del Anexo A7, se solicita cotizar prótesis total y parcial de fractura. ¿Se solicitan dos cotizaciones dentro del mismo Anexo? o ¿Se cotiza por componente incluyendo la glenoide anatómica?

*(Handwritten signatures and marks)*



**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

2	A7-HOM2	Prótesis o Hemiprótesis para fracturas de Húmero Proximal y Cabeza Humeral de Hombro. Vástago humeral cementado: componente hecho de material cromo cobalto con medidas de espesor de 5 a 12mm. Copa: Componente hecho de cromo de cobalto en medidas 40 a 56 mm y de 15a 23 mm, cemento con gentamicina o tobramicina. tapón de polietileno para canal de húmero en medidas de acuerdo al espesor de vástago.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	3	7		
---	---------	--	---	---	--	--

**Respuesta 7.-** Es únicamente hemiprótesis.

**Pregunta 8.-** Solicito a la convocante amablemente aclare la forma de cotizar, referente a las partidas de implantes para Trauma anexo 8A, pide cotizar set's y dentro de los requerimientos adicionales, pide desglosar por precio unitario, cada uno de los artículos que los integra, sin embargo, la cantidad depende de la medida de la placa a colocar (determinar el número de tornillos). ¿Se acepta cotizar los precios unitarios para facturar las cantidades realmente utilizadas en cada cirugía?

Ejemplo; en la partida 1, el set de pequeños fragmentos puede ser integrada por una placa de 1/3 de caña y tornillos, pero dependiendo de la medida de placa, será el número de tornillos que se utilicen.

**ANEXO A8**

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
1	A9-IMPT1	Set de pequeños fragmentos	Set de pequeños fragmentos	52	130		
2	A9-IMPT2	Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos.	Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos	2	4		
3	A9-IMPT3	Set de placa anatómica para clavícula distal.	Set de placa anatómica para clavícula distal	3	5		

<b>Requerimientos adicionales</b>
Quando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior únicamente se pagará al proveedor adjudicado aquellos artículos que efectivamente haya utilizado en la intervención quirúrgica. En ningún caso podrá exceder el importe máximo adjudicado.
Adicionar sin costo para la institución todo el instrumental y equipo requerido para la colocación de los implantes
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario
Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos de traslado de material
<b>TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.</b>
Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

**Respuesta 8.-** Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

*[Handwritten signatures and marks]*

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

Ejemplo; en la partida 1, el set de pequeños fragmentos puede ser integrado por una placa de 1/3 de caña y tornillos, pero dependiendo de la medida de placa, será el número de tornillos que se utilicen.

**Pregunta 9.-** Haciendo referencia a la partida 1, 2, 10, 11 y 35, existen diferentes tipos de placas que pueden entrar en la descripción (ejemplo: partida 1, pequeños fragmentos placa 1/3 de caña, placa recta para antebrazo, etc). ¿Puede la convocante especificar el tipo de placa que desean cotizar? O bien ¿Se acepta cotizar las diferentes opciones de placas con sus tornillos, dejando abierta la cantidad a facturar y tipo de placa dependiendo la cirugía?

ANEXO A8

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
1	A9-IMPT1	Set de pequeños fragmentos	Set de pequeños fragmentos	52	130		
2	A9-IMPT2	Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos.	Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos.	2	4		
3	A9-IMPT3	Set de placa anatómica para clavícula distal	Set de placa anatómica para clavícula distal	3	5		

**Respuesta 9.-** Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

**Pregunta 10.-** En el Anexo 8 Trauma sección requerimientos especiales. Se nos solicita “Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos de traslado de material” y teniendo en cuenta que en su mayoría estos sistemas no son esterilizados de fabricación y en su mayoría se entregan a los hospitales no estériles para que estos sean esterilizados por cada hospital. Se le solicita a la convocante nos aclare ¿Cuál es el alcance de la pregunta sobre garantizar las esterilización? Con respecto a métodos de traslado se le solicita a la convocante ¿Qué documento necesita sea incluido para solventar este punto?

Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior únicamente se pagará al proveedor adjudicado aquellos artículos que efectivamente haya utilizado en la intervención quirúrgica. En ningún caso podrá exceder el importe máximo adjudicado.
Adicionar sin costo para la institución todo el instrumental y equipo requerido para la colocación de los implantes
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario
Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos de traslado de material
TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.
Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

**Respuesta 10.-** La esterilización de los materiales deben ser garantizados para su colocación, la cual puede llevarse a cabo por el proveedor o el hospital donde se realice

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*





15



**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

la cirugía, sin que genere costo adicional para la convocante, por lo que, si el proveedor entrega los materiales debidamente esterilizados, deberá entregar carta responsiva de que el material que se entrega se encuentra debidamente esterilizado, o bien, en caso de que sea el hospital quien lleve a cabo la esterilización, implementar los mecanismos en el que se haga constar dicho hecho.

**Por parte de CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.:**

**Pregunta 1.- ANEXO: A6 COLUMNA PARTIDA No 1 CERVICAL ANTERIOR**  
**PREGUNTA:** Se le solicita amablemente a la convocante si referente a la partida A6-COL-1 si nos puede informar para cuantos niveles se cotizaría esta partida y si la respuesta es por cada nivel nos puede informar en caso de que solo al ir incrementando los niveles solo se cotizarían los tornillos adicionales

**Respuesta 1.-** En las partidas en que es factible la existencia de niveles, deberá el proveedor considerar el nivel más alto para efecto de la cotización.

**Pregunta 2.- ANEXO: A6 COLUMNA PARTIDA No 6 COLUMNA TORAXICA. PREGUNTA:** Se le solicita amablemente a la convocante si referente a la partida A6-COL5 si nos puede informar por cuantos niveles se cotizaría esta partida

**Respuesta 2.-** En las partidas en que es factible la existencia de niveles, deberá el proveedor considerar el nivel más alto para efecto de la cotización.

**Pregunta 3.- ANEXO: A6 COLUMNA PARTIDA No 6 COLUMNA TORAXICA. PREGUNTA:** Se le solicita a la convocante sobre las partidas A06 COL-5 en donde solicita tornillos multiaxiales pediculares si adicionalmente se le puede aportar a la partida tornillos fenestrados para los pacientes que aquí lo requieran y el uso de equipo mínimo invasivo para su colocación de implantes el cual no aumentaría el costo de los implantes aquí ofertados.

**Respuesta 3.-** Se acepta su propuesta sin ser limitativa.

**Pregunta 4.- ANEXO: A6 COLUMNA PARTIDA No 6 COLUMNA TORAXICA. PREGUNTA:** Se le solicita a la convocante sobre las partidas A06 COL-5 en donde solicita tornillos multiaxiales pediculares si adicionalmente se le puede aportar a la partida tornillos fenestrados para los pacientes que aquí lo requieran y el uso de equipo mínimo invasivo para su colocación de implantes el cual no aumentaría el costo de los implantes aquí ofertados.

**Respuesta 4.-** Se acepta su propuesta sin ser limitativa.

**Pregunta 5.- ANEXO: A6 COLUMNA PARTIDA No 6 COLUMNA TORAXICA. PREGUNTA:** En caso de ser aceptada la propuesta se le solicita al convocante que puedan solicitar una partida para el cemento para hueso que se requiere para su aplicación, el cual solo se utilizaría cuando el paciente así lo requiera.







**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020  
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Respuesta 5.-** No se acepta, incluir partidas adicionales, el cemento deberá ser proporcionado sin costo adicional cuando se utilicen tornillos fenestrados.

**Pregunta 6.-** ANEXO: A6 COLUMNA PARTIDA No 12 COLUMNA LUMBAR. PREGUNTA: Se le solicita a la convocante sobre las partidas A06 COL-8 en donde solicita tornillos multiaxiales pediculares si adicionalmente se le puede aportar a la partida tornillos fenestrados para los pacientes que aquí lo requieran y el uso de equipo mínimo invasivo para su colocación de implantes el cual no aumentaría el costo de los implantes aquí ofertados.

**Respuesta 6.-** Se acepta su propuesta sin ser limitativa.

**Pregunta 7.-** ANEXO: A6 COLUMNA PARTIDA No 12 COLUMNA LUMBAR. PREGUNTA: Se le solicita a la convocante sobre las partidas A06 COL-8 en donde solicita tornillos multiaxiales pediculares si adicionalmente se le puede aportar a la partida tornillos fenestrados para los pacientes que aquí lo requieran y el uso de equipo mínimo invasivo para su colocación de implantes el cual no aumentaría el costo de los implantes aquí ofertados.

**Respuesta 7.-** Se acepta su propuesta sin ser limitativa.

**Pregunta 8.-** ANEXO: A6 COLUMNA PARTIDA No 12 COLUMNA LUMBAR. PREGUNTA: En caso de ser aceptada la propuesta se le solicita al convocante que puedan solicitar una partida para el cemento para hueso que se requiere para su aplicación, el cual solo se utilizaría cuando el paciente así lo requiera.


**Respuesta 8.-** No se acepta, incluir partidas adicionales, el cemento deberá ser proporcionado sin costo adicional cuando se utilicen tornillos fenestrados.

**Pregunta 9.-** ANEXO: A6 COLUMNA PARTIDA No 16 COLUMNA LUMBAR. PREGUNTA: Se le solicita a la convocante sobre las partidas A06 COL-9 en donde solicita tornillos multiaxiales pediculares si adicionalmente se le puede aportar a la partida tornillos fenestrados para los pacientes que aquí lo requieran y el uso de equipo mínimo invasivo para su colocación de implantes el cual no aumentaría el costo de los implantes aquí ofertados.

**Respuesta 9.-** Se acepta su propuesta sin ser limitativa.

**Pregunta 10.-** ANEXO: A6 COLUMNA PARTIDA No 12 COLUMNA LUMBAR. PREGUNTA: Se le solicita a la convocante sobre las partidas A06 COL-9 en donde solicita tornillos multiaxiales pediculares si adicionalmente se le puede aportar a la partida tornillos fenestrados para los pacientes que aquí lo requieran y el uso de equipo mínimo invasivo para su colocación de implantes el cual no aumentaría el costo de los implantes aquí ofertados.

**Respuesta 10.-** Se acepta su propuesta sin ser limitativa.





**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Por parte de SANDRA ACOSTA OROZCO:**

**Pregunta 1.-** En el apartado VI. GARANTÍAS. ¿En esta ocasión no es necesario presentar garantía de “seriedad de propuesta”?

**Respuesta 1.-** Es correcto, para el presente proceso licitatorio no se contempla la obligación de presentar una garantía de seriedad de la propuesta.

**Pregunta 2.-** ¿El anexo “C” debe ir dentro del sobre cerrado de la propuesta económica?

**Respuesta 2.-** Es correcta su apreciación.

**Pregunta 3.-** En el caso de “Prótesis de Rodilla Primaria Modular Anatómica, con Estabilizado posterior y de Revisión” del Anexo “A4”, Claves A4-RODI1, A4-RODI2, A4-RODI3, A4-RODI4 Y A4-RODI5 en la descripción enumeran las especificaciones y medidas puntuales de una marca específica” A efecto de no limitar la participación y/o libre concurrencia a los participantes. ¿Se aceptan las propuestas de sistemas y medidas equivalentes de otros sistemas (marcas) para el mismo procedimiento?

**Respuesta 3.-** Se acepta sin ser limitativa.

**Pregunta 4.-** En el caso de “Prótesis de Rodilla Primaria Modular Anatómica, con Estabilizado posterior y de Revisión” del Anexo “A4”, Claves A4-RODI1, A4-RODI2, A4-RODI3, A4-RODI4 Y A4-RODI5 se solicita componente tibial de titanio. ¿Se acepta propuesta para dicho componente tibial en CrCo (Cromo Cobalto)? ?

**Respuesta 4.-** No se acepta su propuesta, apéguese a lo solicitado.

**Pregunta 5.-** En el caso de “Prótesis de Cadera” del Anexo “A5”, Claves A5-CAD1, A5-CAD2, A5-CAD3, A5-CAD4, A5-CAD5, A5-CAD6, A5CAD7, A5-CAD8 Y A5-CAD9 en la descripción enumeran las especificaciones y medidas puntuales de una marca específica” A efecto de no limitar la participación y/o libre concurrencia a los participantes. ¿Se aceptan las propuestas de sistemas y medidas equivalentes de otros sistemas (marcas) para el mismo procedimiento?

**Respuesta 5.-** Se acepta sin ser limitativa.

**Pregunta 6.-** En los requerimientos adicionales de los anexos de la propuesta económica, se indica que las partidas que estén integradas por un sistema compuesto de varios artículos, se deben señalar los costos unitarios de los artículos que lo integran. En relación a lo anterior, ¿se puede presentar en formato libre? O ¿Hay algún formato en el cual nos podamos apoyar como guía?

**Respuesta 6.-** En formato libre, haciendo referencia de la partida cotizada.



**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Pregunta 7.-** En el caso de “Implantes para trauma” Anexo “A8” en la mayoría de las partidas vienen indicadas como set, ya sea para placas, tornillos o clavos, sin precisar tipo de placa, número de orificios, medidas de tornillos y/o clavos. De tal forma que se pueden interpretar de distintas maneras tanto para los participantes como para la convocante y no queda claro cuál será el criterio de evaluación.

Por lo expuesto anteriormente se solicita amablemente a la convocante que nos confirme si acepta la propuesta sugerida en las partidas que presentamos a continuación:

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
1	A9-IMPT1	<u>Set de pequeños fragmentos:</u> placas 1/3 de caña de 4 a 12 orif, placa dcp rectas p/torn 3.5 de 4 a 12 orificios y placas de reconstrucción de 5 a 12 orificios tornillos corticales 3.5 de 10 a 50mm, tornillos esponjosos 4.0 de 10 a 50mm. Acero	Set de pequeños fragmentos	52	130		
2	A9-IMPT2	<u>Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos.</u> Placa bloqueada para antebrazo de 5 a 12 orificios, placa reconstrucción de 5 a 12 orificios Tornillo bloqueado 3.5 de 12 a 60mm, torn. Esponjoso bloqueado de 3.5 de 12 a 50mm Acero	Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos.	2	4		
3	A9-IMPT3	<u>Set de placa anatómica para clavícula distal.</u> Placas Izquierda y derecha de 6,8 y 10 orificios Tornillos bloqueados 3.5 de 12 a 60mm y tornillo cortical 3.5 de 12 a 60mm titanio Torn. Esponjoso bloqueado 3.5 de 12 a 60mm Titanio	Set de placa anatómica para clavícula distal.	3	5		
4	A9-IMPT4	<u>Set de placas humero proximal.</u> Placa perfil normal de 4,6,8 y 10 orificios	Set de placas humero proximal.	11	26		

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the table, including the name 'NORA' written vertically.]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.]*







**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
		Placas perfil delgado de 3 y 5 orif Titanio Tornillos bloqueados 3.5 de 12 a 60mm y tornillo cortical 3.5 de 12 a 60mm titanio Torn. Esponjoso bloqueado 3.5 de 12 a 60mm Titanio					
13	A9-IMPT13	<b>Set de grandes fragmentos.</b> Placas anchas para torn. 4.5 de 5 a 16 orificios Placas angostas para torn. 4.5 de 4 a 16 orificios Tornillos corticales 4.5 de 12 a 70mm Tornillos esponjosos de 6.5 R16 de 35 a 110mm R32 de 45 a 110mm y Todo Roscado de 30 a 100mm Acero	Set de grandes fragmentos.	16	39		
14	A9-IMPT14	<b>Set de placas bloqueadas grandes fragmentos.</b> Placas anchas bloqueadas para torn. 5.0 de 6 a 14 orificios Placas angostas bloqueadas para torn. 5.0 de 6 a 14 orificios Tornillo cortical bloqueado 5.0 de 20 a 70mm Tornillo esponjoso bloqueado 5.5 de 40 a 70mm Tornillos corticales 4.5 de 12 a 70mm Tornillos esponjosos de 6.5 R16 de 35 a 110mm R32 de 45 a 110mm y Todo Roscado de 30 a 100mm Acero	Set de placas bloqueadas grandes fragmentos.	6	13		
17	A9-IMPT17	<b>Set de placa anatómica para fémur distal.</b> Placa izquierda y derecha de 6 a 14 orificios Tornillo cortical bloqueado 5.0 de 20 a 70mm Tornillo cortical 4.5 de 12 a 70mm	Set de placa anatómica para femur distal.	6	13		









**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
		Tornillo esponjoso bloqueado 5.5 de 40 a 90mm Titanio					
18	A9-IMPT18	<b>Set de placa anatómica para tibia proximal.</b> Placa izquierda y derecha de 4 a 14 orif Tornillo cortical bloqueado 5.0 de 20 a 70mm Tornillo cortical 4.5 de 12 a 70mm Tornillo esponjoso bloqueado 5.5 de 40 a 90mm Titanio	Set de placa anatómica para tibia proximal.	6	13		
19	A9-IMPT19	<b>Set de placa anatómica para tibia distal</b> Placa izquierda y derecha de 5 a 13 orificios Tornillos bloqueados 3.5 de 12 a 60mm y tornillo cortical 3.5 de 12 a 60mm titanio Torn. Esponjoso bloqueado 3.5 de 12 a 50mm Titanio	Set de placa anatómica para tibia distal.	6	13		
21	A9-IMPT21	<b>Set placa dhs-dcs.</b> Placa tubo doble pared de 135° de 4 a 16 orificios, Placa tubo doble pared Condylar de 95° de 5 a 16 orificios, tornillo deslizando de 50 a 115mm y tornillo de cierre. Tornillos corticales 4.5 de 12 a 70mm Tornillos esponjosos de 6.5 R16 de 35 a 110mm R32 de 45 a 110mm y Todo Roscado de 30 a 100mm Acero	Set placa dhs-dcs.	11	26		
22	A9-IMPT22	<b>Set de protesis de thompson acero.</b> Medidas de 38 a 54mm	Set de protesis de thompson acero.	26	65		
31	A9-IMPT31	<b>Set fijadores muñeca.</b> Axial dinamico tipo orthofix, incluye clavos de shanz, y llaves.	Set fijadores muñeca.	3	7		
32	A9-IMPT32	<b>Set de fijacion para muñeca.</b>	Set de fijacion para muñeca.	3	7		




**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**


No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
		Barras de acero y/o fibra de carbono Candados/ abrazaderas angulo variable Clavos de shanz y Llaves					
33	A9- IMPT33	<b>Fijador externo.</b> Axial dinamico tipo orthofix Para tibia, húmero y fémur, incluye clavos de shanz y llaves.	Fijador externo.	3	7		
34	A9- IMPT34	<b>Set de fijacion externa.</b> Para tibia, húmero y fémur. Barras de acero y/o fibra de carbono Candados/ abrazaderas angulo variable Clavos de shanz Llaves	Set de fijacion externa.	11	26		
41	A9- IMPT41	Cemento oseo quirurgico	Cemento oseo quirurgico	11	26		
43	A9- IMPT43	<b>Placa gancho acromio clavicular</b> Izquierda y derecha bloqueada de 3 a 6 orificios Titanio		10	16		
44	A9- IMPT44	<b>Set de tonillos para placa gancho acromio clavicular</b> Tornillos bloqueados 3.5 de 12 a 60mm y tornillo coritcal 3.5 de 12 a 60mm titanio Torn. Esponjoso bloqueado 3.5 de 12 a 50mm Titanio		10	16		

¿Se acepta nuestra propuesta?

De no ser así, solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuáles serán los criterios de evaluación.

**Respuesta 7.-** No se acepta su propuesta, apéguese a lo solicitado en el anexo. Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

**Pregunta 8.-** En el apartado VII, INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS, numeral 17. “Incluir catálogos en forma impresa que contengan fotografías y literatura. Deberá referenciar en el catálogo el número y partidas a la que pertenece. Así como también, en la literatura de los catálogos debe incluir la herramienta idónea para la correcta colocación de las







**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

prótesis”

En el caso concreto de los catálogos de los productos ofrecidos y el instrumental de colocación se solicita amablemente a la convocante nos confirme si es correcto el sig. Instrumental para las partidas **A9-IMPT2, A9-IMPT3, A9-IMPT4, A9-IMPT5, A9-IMPT14, A9-IMPT17, A9-IMPT18, A9-IMPT19, A9-IMPT43 y A9-IMPT44, que corresponde al set de placas bloqueadas.**

Que a continuación se presenta:

**INSTRUMENTAL**

Cantidad	Descripcion
1	PUNTA PARA MACHUELO CORTICAL 4.5MM
1	PUNTA PARA MACHUELO BLOQUEADO 3.5MM
1	PUNTA PARA MACHUELO CORTICAL 3.5MM
1	GUÍA DE BROCA NEUTRA EXCÉNTRICA 3.2MM
1	GUÍA UNIVERSAL DE BROCA 3.2/4.5MM
1	GUÍA DOBLE DE BROCA 4.5/6.5MM
1	GUÍA DE BROCA NEUTRA EXCÉNTRICA 2.5MM
1	GUÍA UNIVERSAL DE BROCA 2.5/3.5MM
1	GUÍA DOBLE DE BROCA 2.5/3.5MM
2	CAMISA 2.7
2	CAMISA 3.2
2	CAMISA 4.0
1	PUNTA PARA DESARMADOR DE HEXÁGONO 2.5
1	PUNTA PARA DESARMADOR DE HEXÁGONO 3.5
1	PUNTA PARA EXTRACTOR DE TORNILLO BARRIDO 3.5MM
1	PUNTA PARA EXTRACTOR DE TORNILLO BARRIDO 5.0MM
1	PUNTA DE AVELLANADOR 6 MM
1	PUNTA DE AVELLANADOR 8 MM
1	PUNTA DE SACABOCADOS 3.5MM
1	PUNTA DE SACABOCADOS 5.0MM
1	MANGO AO
1	DESARMADOR CON SUJETADOR PARA TORNILLO HEXÁGONO 2.5
1	DESARMADOR CON SUJETADOR PARA TORNILLO HEXÁGONO 3.5
1	DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN TEMPORAL PEQUEÑO
1	DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN TEMPORAL GRANDE
2	ALAMBRE GUÍA 1.5MM

B

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NIRN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

2	ALAMBRE GUÍA 2.5MM
1	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD 60MM
1	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD 90MM
1	MANGO DE TORQUIMETRO AO DE 1.5 NM
1	MANGO DE TORQUIMETRO AO DE 4.0 NM
1	BROCA 2.5 ANCLAJE RÁPIDO
1	BROCA 2.7 ANCLAJE RÁPIDO
1	BROCA 3.2 ANCLAJE RÁPIDO
1	BROCA 3.5 ANCLAJE RÁPIDO
4	BROCA 4.0 ANCLAJE RÁPIDO
1	BROCA 4.0 ANCLAJE RÁPIDO LARGA
1	BROCA 4. ANCLAJE RÁPIDO
1	Dilatador 8.0/ 9.0

De no ser así, solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuáles serán los criterios de evaluación y que falta o complementaría dicho instrumental.

**Respuesta 8.-** Apéguese a la aclaración 1 realizada por la convocante.

**Pregunta 9.-** En el caso concreto de los catálogos de los productos ofrecidos y el instrumental de colocación se solicita amablemente a la convocante nos confirme si es correcto el sig. Instrumental para la partida **A9-IMPT21 Set de placas DHS/ DCS,** que a continuación se presenta:

<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>
1	Rima triple DCS
1	Rima Triple DHS
1	Machuelo 12.7 para deslizante
1	Desarmador para deslizante
1	Seguro para Desarmador
1	Guía Fija 135°
1	Guía fija 95°
1	Broca dhs/dcs
3	Alambre Guía
1	medidor profundidad canulado
1	impactador dhs/dcs
1	mango para machuelo deslizante
1	mango para machuelo

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

*Neira*

*seeke*

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

1	Medidor de profundidad p/tornillos
1	Desarmador para tornillos corticales
2	machuelos 4.5
2	brocas 3.2
1	brocas 3.5
1	broca 4.5

De no ser así, solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuáles serán los criterios de evaluación y que falta o complementaría dicho instrumental.

**Respuesta 9.-** Se acepta sin ser limitativa.

**Pregunta 10.-** En el caso concreto de los catálogos de los productos ofrecidos y el instrumental de colocación se solicita amablemente a la convocante nos confirme si es correcto el sig. Instrumental para la partida **A9-IMPT22 de Prótesis de Thompson acero**, que a continuación se presenta:

Cantidad	Descripción
2	Separadores hommans
1	Rima Thompson
1	Punzon iniciador
1	Osteotomo grueso
1	Extractor Spiral
1	Impactador
1	Barrita de tommy
1	Extractor Cuchara
1	Bernier con Calcetin
1	maneral probadores
9	probadores de cabeza

De no ser así, solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuáles serán los criterios de evaluación y que falta o complementaría dicho instrumental.

**Respuesta 10.-** Se acepta sin ser limitativa.

**Pregunta 11.-** Por ultimo solicitar a la convocante que nos permita una siguiente ronda de preguntas para aclarar dudas surgidas de las respuestas a esta junta de aclaraciones. ¿Se acepta nuestra propuesta?

**Respuesta 11.-** Entregada el acta derivada de este acto de junta de aclaraciones, se darán 24 horas para que los licitantes repregunten sobre las respuestas otorgadas por la convocante, mismas que deberán hacerlas llegar en los términos establecidos en el numeral III de las bases rectoras del proceso y se dará respuesta en junta pública el día





**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020  
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO  
Y SISTEMAS DE PRÓTESIS"**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

19 de noviembre de 2019 a las 15:00 horas en el segundo piso del Edificio de Consulta Externa con domicilio en Avenida Teófilo Borunda Ortiz N° 2900, C.P. 31000, en la Colonia Centro de la ciudad de Chihuahua.

No se dará respuestas a preguntas que no tengan relación con las respuestas otorgadas en la presente junta de aclaraciones.

Se apercibe a todos los licitantes que deseen participar en la presente licitación, que todas las aclaraciones, dudas y cambios realizados emanadas de esta junta de aclaraciones serán obligatorias y serán consideradas para la integración de las propuestas técnica y económica y la evaluación de las mismas, bajo pena de no cumplir con ellas, de desechar sus propuestas por no cumplir con los requisitos solicitados por la presente.

No habiendo más preguntas o aclaraciones que realizar, se da por concluida la primera y última Junta de Aclaraciones, siendo las 10:30 horas del día 14 de noviembre de 2019, firmada de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar, entregando copia de la misma, para su debida constancia y efectos de notificación.

**LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES  
CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:**

**C.P. JOSÉ FRANCISCO ALMANZA ALARCÓN  
PRESIDENTE**

**LIC. MARIO GUSTAVO MONTEMAYOR  
GUERRERO  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
FINANZAS  
VOCAL**

**LIC. JORGE ALBERTO ALVARADO  
MONTES  
COORDINADOR JURÍDICO  
VOCAL**

**DR. ÁNGEL VILLASEÑOR BENAVIDES  
DIRECTOR MÉDICO  
VOCAL Y REQUIRENTE**

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-007-2020**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**  
**Y SISTEMAS DE PRÓTESIS”**

**PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**EN CALIDAD DE OBSERVADORA**



**C.P. BRENDA HERNÁNDEZ GARCÍA**  
**ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE LA CONTRALORÍA**  
**INTERNA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**

**LICITANTES**




BLANCA LORENA ROMÁN TARANGO



BIOMET MÉXICO, S.A. DE C.V.



DAONSA IMPLANTES, S.A. DE C.V.



ABRAHAM MACIAS GALINDO, S.A. DE C.V.


MEDTRONIC, S DE R.L. DE C.V.



SANDRA ACOSTA OROZCO



SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.



INSTITUTO CARDIOVASCULAR  
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA  
S.C.

DEGO Farmaceutica de chihuahua  
S.A. DE C.V.

