



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS
PCE-LPP-007-2020-BIS
INJERTOS DE HUESO
ANEXO A2



Nombre del Proveedor: _____

No. Partida	Clave	Descripción	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
15	A2-INJH18	Proteína Morfogénética Chica	5	15		
16	A2-INJH19	Proteína Morfogénética Mediana	6	15		
17	A2-INJH20	Proteína Morfogénética Grande	7	17		
19	A2-INJH22	Matriz mineral de hueso bovino 1cc	20	35		
24	A2-INJH27	Membrana de colágeno absorbible 15x20mm	14	35		
25	A2-INJH28	Membrana de colágeno absorbible 20x30mm	14	35		
26	A2-INJH29	Membrana de colágeno absorbible 30x40mm	14	35		
27	A2-INJH30	Duragen	5	8		

Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior únicamente se pagará al proveedor adjudicado aquellos artículos que efectivamente haya utilizado en la intervención quirúrgica. En ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS
PCE-LPP-007-2020-BIS
RODILLA
ANEXO A4



Nombre del Proveedor: _____

No. Partida	Clave	Descripción	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
2	A4-R0D12	Rodilla Primaria Modular Anatómica. Componente femoral de Óxido de Zirconia modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, o estabilizado posterior, condilo asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de enlaces cruzados con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grososres de 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	8	20		

Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior únicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos artículos que efectivamente haya utilizado en la intervención quirúrgica. En ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI, INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASÍ COMO EL CEMENTO ADICIONAL QUE SE REQUIERA



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS
PCE-LPP-007-2020-BIS
CADERA
ANEXO A5



Nombre del Proveedor:

No. Partida	Clave	Descripción	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
3	A5-CAD3	<p>Cadera Primaria Cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Bipolar, con acabado interior, en diámetros de 7, 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Copa Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 32, 34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, .-. Copa Acetabular Cementada de polietileno de alta densidad, moldeado a compresión y con tetonas espaciadores y acabado rugoso en el diámetro externo. Con diámetros internos de 28 y 32 mm. Diámetros externos 48 a 63 mm, en incrementos de 3 mm. Dos cementos para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante.</p> <p>- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.</p>	4	10		
4	A5-CAD4	<p>Cadera Primaria Híbrida Vástago Cementado Vástago cementado, copa no cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Bipolar, con acabado interior, en diámetros de 8, 9, 10, 12, 14 y 16 mm. Copa Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32, 34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, .-. Copa Acetabular de titanio con recubrimiento poroso plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno. En diámetros de 42 a 63 mm., en incrementos de 3 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscentes de 6.5 mm., y longitudes de 15 a 40 mm., con incrementos de 5 mm. Cemento para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante.</p> <p>- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.</p>	11	26		
6	A5-CAD6	<p>Cadera Bipolar con vástago cementado Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Bipolar, con acabado interior, en diámetros de 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Copa Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2 mm, con sistema interno de bloqueo y sistema de retro. Asesoría de instrumentista para el implante.</p> <p>- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.</p>	11	26		
9	A5-CAD9	<p>Cadera de Revisión con vástago largo cementado Vástago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interior distal, y longitud de 250 mm. Con diámetros de 11, 13, 15, y 17 mm. Copa Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm, en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscentes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud; con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante.</p> <p>- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.</p>	11	26		
14	A5-CAD13	Placa cable para cadera	5	8		
15	A5-CAD14	Cable para placa de cadera	5	8		
16	A5-CAD15	Cadera Construida cementada de 50 mm x 28 mm hasta la 76/78/80 mm x36 mm	5	8		

(Handwritten signature and initials)



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS
PCE-LPP-007-2020-BIS
COLUMNA
ANEXO A6



Nombre del Proveedor:

No. Partida	Clave	Descripción	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
4	A6-COL.3	Instrumentación para columna torácica vía anterior, implante para reemplazo vertebral telescópicamente ajustables, diámetro 12, 14 y 16 mm, altura ajustable entre 10 y 65 mm, con piezas en 0° y 6° de lordosis, con extremos dentados para anclaje, fabricado de titanio.	5	13		
		TORNILLO TRANSPEDICULARES POLIAXIALES Y REDUCCIÓN/OPRESOR				
		BARRA DE FIJACIÓN	N/A	N/A		
		TRAVESAÑO AJUSTABLE				
5	A6-COL.4	Instrumentación para columna torácica vía anterior con placa tipo arnes anterolateral de 4 orificios, recta y lordótica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° máximo, con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo.	5	13		
		PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL				
		TORNILLO POLIAXIAL	N/A	N/A		
		TORNILLO EXPANSIVO				
10	A6-COL.6	Instrumentación para columna lumbar anterior con placa tipo arnes anterolateral de 4 orificios, recta y lordótica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° máximo, con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo.	5	13		
		PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL				
		TORNILLO POLIAXIAL	N/A	N/A		
		TORNILLO EXPANSIVO				



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS
PCE-LPP-007-2020-BIS
COLUMNA
ANEXO A6



Nombre del Proveedor: _____

	TORNILLO DE BLOQUEO				
11	A6-COL7 Implante para reemplazo vertebral telescópicamente ajustables, diámetro 20, 24 y 28 mm, altura ajustable entre 25 y 114 mm, piezas terminales intercambiables ajustables en ángulos de 0°, 5°, 8°, 10°, 13° y 16°, de lordosis, fabricado de titanio.	3	7		

Adicionar sin costo el instrumental requerido para el abordaje y colocación de los implantes

Asesoría de instrumentista para el implante.

Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.

Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal.

Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un nivel compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.

En las partidas en que es factible la existencia de niveles, deberá el proveedor considerar el nivel más alto para efecto de la cotización.

Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

Las partidas 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 se adjudicarán en los términos establecidos en el numeral VIII, Evaluación de las Propuestas, de las bases licitatorias rectoras del proceso.



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS
PCE-L-PP-007-2020-BIS
HOMBRO
ANEXO A7



Nombre del Proveedor: _____

No. Partida	Clave	Descripción	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
4	A7-HOM4	Cabeza Humeral con extensión para tratamientos de lesiones de manguito rotador tipo CTA.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	3	7		
5	A7-HOM5	PROTESIS TUMORAL DE HUMERO (PREVIA MEDICION DEL PACIENTE)	1	3		
6	A7-HOM6	ESPACIADORES SUBACROMIANES (chico, mediano y grande)	3	6		

C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS
PCE-LPP-007-2020-BIS
TRAUMA
ANEXO A8

Nombre del Proveedor: _____



No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
1	A9-IMP11	Set de pequeños fragmentos	Set de pequeños fragmentos	52	130		
10	A9-IMP110	Set de placas tobillo en todas sus presentaciones.	Set de placas tobillo en todas sus presentaciones.	11	26		
30	A9-IMP130	Set de Cerclaje	Set de Cerclaje	32	78		
41	A9-IMP141	Cemento oseo quirurgico	Cemento oseo quirurgico	11	26		

Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas este integrada por un sistema compuesto de varios articulos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjudicado.

Adicionar sin costo para la institucion todo el instrumental y equipo requerido para la colocacion de los implantes

Asesoría de instrumentista para el implante.

Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirurgica en caso de ser necesario.

Talleres prequirurgicos para entrenar al personal

Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y metodos de traslado de material

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI

Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS
PCE-LPP-007-2020-BIS
IMPLANTE MAMARIO
ANEXO A9



Chihuahua
ANEXOS MAMA 10000

Nombre del Proveedor: _____

No. Partida	Clave	Descripción	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
1	sin clave	Implante mamario nanotexturizado anatómico	10	26		
2	sin clave	Expansor mamario nanotexturizado	8	19		

Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior únicamente se pagará al proveedor adjudicado aquellos artículos que efectivamente haya utilizado en la intervención quirúrgica. En ningún caso podrá exceder el Precio Unitario ofertado.



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS
PCE-LPP-007-2020-BIS
INSUMOS ARTROSCOPIA
ANEXO A10

Nombre del Proveedor: _____

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
8	A10-ART8	Sistema para reparación de mango rotador y labrum, brocas para reparación de mango rotador y labrum, brocas para preparación de tunel para anclas 1.7mm a 5.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.	Reparación de hombro	52	130		

Requerimientos adicionales

El instrumental debera venir esterilizado, para los procedimientos que así aplique
 Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios articulos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
 En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el Precio unitario ofertado.
 El proveedor que resulte con las partidas adjudicadas deberá proporcionar torre completa de artroscopia en donde se requiera para la realizacion del procedimiento y posicionador de hombro, rodilla y silla de playa con cubierta en donde se requiera.
 Adicionar sin costo todo el instrumental requerido.
 Asesoría de instrumentista para el implante.
 Asistencia técnica, pre, trans y post quirúrgica en caso de ser necesario.
 Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal
 Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
 TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)





PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS
PCE-LPP-007-2020-BIS
IMPLANTES PARA OIDO, OFTALMOLOGIA Y UROLOGIA
ANEXO A11



Nombre del Proveedor: _____

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Modelo
1	A11-OIOF1	Prótesis estapedectomia varias medidas	Otorrino	2	5		
2	A11-OIOF2	Prótesis de schuknecht varias medidas	Otorrino	1	2		
3	A11-OIOF3	Prótesis boton septal 3cm	Otorrino	1	2		
4	A11-OIOF4	Prótesis piston smart varias medidas	Otorrino	1	6		
5	A11-OIOF5	Prótesis porp varias medidas	Otorrino	1	2		
6	A11-OIOF6	Lente de 3 piezas con dioptría de varias medidas	Oftalmología	6	12		
7	A11-OIOF7	Válvula ahmed flexible	Oftalmología	8	15		
8	A11-OIOF8	Pesario de anillo con soporte varias medidas	Urología	4	25		
9	A11-OIOF9	Pesario de dona varias medidas	Urología	4	15		
10	A11-OIOF10	Malla transvaginal	Urología-gine	5	8		
11	A11-OIOF11	PROTESIS TORP VARIAS MEDIDAS	OTORRINO	1	2		
12	A11-OIOF12	Set de Montgomery para timpanoplastica	OTORRINO	1	2		
13	A11-OIOF13	Lente de 4 piezas con dioptría de varias medidas	Oftalmología	2	5		
14	A11-OIOF14	Set de Montgomery para cuerdas bucales	Otorrino	2	4		

Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior únicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos artículos que efectivamente haya utilizado en la intervención quirúrgica. En ningún caso podrá exceder el Precio unitario ofertado.

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.

NOTA: LOS LENTES DE 3 PIEZAS, SE REQUERIRÁN SEGÚN LAS DIOPTRIAS POR DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN LA NECESIDAD DEL PACIENTE DESDE LA 17 A LA 23.5