



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE CELEBRA CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE IMAGEN DIAGNOSTICA INTEGRADO, LA CUAL SE CELEBRA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VI, 58 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN EL APARTADO IV DE LAS BASES DE LICITATORIAS RECTORAS DEL PROCESO.

En Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:30 horas del día 26 de septiembre de 2022, reunido el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, el M.D.O. José Dolores Ramírez Villarreal, en su calidad de Presidente; L.A.F. Luis Carlos Payán Armendáriz, en representación de la Dirección de Finanzas, en calidad de Vocal; Lic. Blanca Georgina Juárez Domínguez, Coordinadora Jurídica, en calidad de Vocal, y la Dra. Alicia Andrea Rivera Morales, Encargada del Despacho de la Dirección Médica, como Vocal y Requirente del arrendamiento, contando con la presencia del Lic. Jazmín Saucedá Anaya, Representante del Órgano Interno de Control de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en calidad de Observadora, en el Auditorio de Pediatría, Edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ubicado en la Avenida Teófilo Borunda Ortiz N° 2900, C.P. 31000, en la Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua; quienes proceden a llevar cabo la junta de aclaraciones derivada de la licitación pública ya referida, mediante la cual se desahogarán las dudas y planteamientos que se formulen por los participantes de manera clara y precisa, así como hacer constar las respuestas de los mismos.

Para el desarrollo de la presente junta el M.D.O. José Dolores Ramírez Villarreal, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, quien será apoyado y asesorado por el resto de los integrantes del Comité y el personal especializado de las áreas médica, técnica y jurídica, por ser en su conjunto, las personas que cuentan con los conocimientos necesarios para dar respuesta satisfactoriamente los cuestionamientos y dudas que fueron planteados por los licitantes en los términos de las bases licitatorias rectoras del proceso.

Acto seguido el M.D.O. José Dolores Ramírez Villarreal en cumplimiento a lo establecido en el artículo 54, fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en relación con lo acordado en la Primera Junta de Aclaraciones celebrada en fecha 23 de septiembre del año en curso, tal y como se acredita con lo asentado en el antepenúltimo párrafo del Acta de Junta de Aclaraciones de esa misma fecha, pone en conocimiento que las personas que cumplieron con el requisito de enviar el escrito vía electrónica, en donde emitieron las preguntas derivadas de las respuestas vertidas

(Handwritten signatures and initials in blue ink)





LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

en dicho acto de la Primera Junta de Aclaraciones, y cuyas dudas planteadas son procedentes para su aclaración, son los siguientes:

1. IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.
2. DATOS, DOCUMENTOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.
3. DICIPA, S.A. DE C.V.
4. PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.

Sólo aquellos licitantes que cumplieron con el requisito de entregar el escrito a que se refiere el párrafo anterior, se les dará respuesta a las aclaraciones que fueron recibidas vía electrónica a los correos que fueron proporcionados en el antepenúltimo párrafo del Acta de Junta de Aclaraciones de fecha 23 de septiembre del año en curso.

No habiendo aclaraciones por parte de la convocante, se procede a dar contestación a las dudas que presentaron los licitantes vía electrónica, contestación que se da en los términos siguientes:

POR PARTE LA MORAL DENOMINADA IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.:

Numeral de la pregunta y licitante	Repregunta y/o aclaración	Respuesta
<p>PREGUNTA 2 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE CONDICIONES A LOS LICITANTES, RECONSIDERE SU RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA Y NOS PERMITA PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE DEL IDIOMA INGLÉS AL ESPAÑOL DE LOS TEXTOS REFERENCIADOS DE MANUALES, FOLLETOS O CATÁLOGOS QUE ASÍ LO AMERITEN. ¿SE ACEPTA?</p> <p>CONSIDERANDO QUE DICHA PETICIÓN ES ACEPTADA EN LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE PRODUCTOS STANTON, S.A DE C.V EN SU PREGUNTA REALIZADA NÚMERO CONSECUTIVO 4.</p>	<p>SE ACEPTA</p>
<p>PREGUNTA 9 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y AMPLIAR A 12 SEMANAS EL TIEMPO PARA LA INSTALACIÓN DEL “SISTEMA DE RAYOS X DE PROPÓSITO GENERAL FIJO” DELEGACIÓN CHIHUAHUA,</p>	<p>NO SE ACEPTA</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

	EN EL ENTENDIDO DE QUE SE ESTARÁN SUBROGANDO LOS ESTUDIOS Y EL SERVICIO AL DERECHOHABIENTE NO SE VERÁ INTERRUMPIDO, CONSIDERANDO QUE LA SUBROGACIÓN SE LLEVARÁ A CABO HASTA QUE LOS EQUIPOS ESTÉN INSTALADOS Y FUNCIONALES EN SU TOTALIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
PREGUNTA 10 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y AMPLIAR A 12 SEMANAS EL TIEMPO PARA LA INSTALACIÓN DEL “ULTRASONIDO” DELEGACIÓN CHIHUAHUA, JUÁREZ, Y DELICIAS EN EL ENTENDIDO DE QUE SE ESTARÁN SUBROGANDO LOS ESTUDIOS Y EL SERVICIO AL DERECHOHABIENTE NO SE VERÁ INTERRUMPIDO, CONSIDERANDO QUE LA SUBROGACIÓN SE LLEVARÁ A CABO HASTA QUE LOS EQUIPOS ESTÉN INSTALADOS Y FUNCIONALES EN SU TOTALIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
PREGUNTA 11 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y AMPLIAR A 12 SEMANAS EL TIEMPO PARA LA INSTALACIÓN DEL “MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO” DELEGACIÓN CHIHUAHUA Y JUÁREZ EN EL ENTENDIDO DE QUE SE ESTARÁN SUBROGANDO LOS ESTUDIOS Y EL SERVICIO AL DERECHOHABIENTE NO SE VERÁ INTERRUMPIDO, CONSIDERANDO QUE LA SUBROGACIÓN SE LLEVARÁ A CABO HASTA QUE LOS EQUIPOS ESTÉN INSTALADOS Y FUNCIONALES EN SU TOTALIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
PREGUNTA 12 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y AMPLIAR A 12 SEMANAS EL TIEMPO PARA LA INSTALACIÓN DEL “DIGITALIZADOR CR” DELEGACIÓN CHIHUAHUA Y JUÁREZ EN EL ENTENDIDO DE QUE SE ESTARÁN SUBROGANDO LOS ESTUDIOS Y EL SERVICIO AL DERECHOHABIENTE NO SE VERÁ	NO SE ACEPTA

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

	INTERRUMPIDO, CONSIDERANDO QUE LA SUBROGACIÓN SE LLEVARÁ A CABO HASTA QUE LOS EQUIPOS ESTÉN INSTALADOS Y FUNCIONALES EN SU TOTALIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
PREGUNTA 13 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y AMPLIAR A 12 SEMANAS EL TIEMPO PARA LA INSTALACIÓN DEL “ROBOT IMPRESOR” DELEGACIÓN CHIHUAHUA, JUÁREZ Y DELICIAS EN EL ENTENDIDO DE QUE SE ESTARÁN SUBROGANDO LOS ESTUDIOS Y EL SERVICIO AL DERECHOHABIENTE NO SE VERÁ INTERRUMPIDO, CONSIDERANDO QUE LA SUBROGACIÓN SE LLEVARÁ A CABO HASTA QUE LOS EQUIPOS ESTÉN INSTALADOS Y FUNCIONALES EN SU TOTALIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
PREGUNTA 14 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y AMPLIAR A 12 SEMANAS EL TIEMPO PARA LA INSTALACIÓN DEL “UNIDAD RADIOLÓGICA TIPO ARCO EN C” DELEGACIÓN CHIHUAHUA Y JUÁREZ EN EL ENTENDIDO DE QUE SE ESTARÁN SUBROGANDO LOS ESTUDIOS Y EL SERVICIO AL DERECHOHABIENTE NO SE VERÁ INTERRUMPIDO, CONSIDERANDO QUE LA SUBROGACIÓN SE LLEVARÁ A CABO HASTA QUE LOS EQUIPOS ESTÉN INSTALADOS Y FUNCIONALES EN SU TOTALIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
PREGUNTA 19 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y AMPLIAR A 12 SEMANAS EL TIEMPO PARA LA INSTALACIÓN DEL “SISTEMA RIS /PACS” DELEGACIÓN CHIHUAHUA Y JUÁREZ EN EL ENTENDIDO DE QUE SE ESTARÁN SUBROGANDO LOS ESTUDIOS Y EL SERVICIO AL DERECHOHABIENTE NO SE VERÁ INTERRUMPIDO, CONSIDERANDO QUE LA SUBROGACIÓN SE LLEVARÁ A CABO HASTA QUE LOS EQUIPOS ESTÉN INSTALADOS Y	NO SE ACEPTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

	FUNCIONALES EN SU TOTALIDAD. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
PREGUNTA 21 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y AMPLIAR A 6 SEMANAS EL TIEMPO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL DEL “ÁREA DE INTERPRETACIÓN” DELEGACIÓN CHIHUAHUA, JUÁREZ Y DELICIAS EN EL ENTENDIDO DE QUE SE ESTARÁN SUBROGANDO LOS ESTUDIOS Y EL SERVICIO AL DERECHOHABIENTE NO SE VERÁ INTERRUMPIDO, CONSIDERANDO QUE LA SUBROGACIÓN SE LLEVARÁ A CABO HASTA QUE LOS EQUIPOS ESTÉN INSTALADOS Y FUNCIONALES EN SU TOTALIDAD, ADEMÁS DE SER UN ÁREA DE BAJO USO MIENTRAS SE LLEVE A CABO LA SUBROGACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA
PREGUNTA 25 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.	SE ENTIENDE QUE DEBERÁN ENTREGARSE LA CANTIDAD DE PRENDAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA QUE MARCA LA NOM-229-SSA1-2002. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE DEBERÁN ENTREGAR LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN CADA DELEGACIÓN O SALA, SEGÚN APLIQUE
PREGUNTA 39 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE CONDICIONES A LOS LICITANTES, RECONSIDERE SU RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA Y NOS PERMITA REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS CON LOS NOMBRES O CONCEPTOS PROPIOS DE CADA CASA COEMRCIAL. ¿SE ACEPTA? CONSIDERANDO QUE DICHA PETICIÓN ES ACEPTADA EN LA RESPUESTA OTORGADA AL LICITANTE PRODUCTOS STANTON, S.A DE C.V EN SU PREGUNTA REALIZADA NÚMERO CONSECUTIVO 2.	NO SE ACEPTA
PREGUNTA 45 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.	SE SOLICITA AMBALEMENTE A LA CONVOCANTE JUSTIFICAR LA SOLICITUD DE DIÁMETRO DEL GANTRY DE 75 CM PUES EN EL ESTANDAR INTERNACIONAL PARA LOS TOMOGRAFÓS LA APERTURA DEL DIÁMETRO DEL GANTRY ES DE 70 CM POR LO TANTO SE LIMITA LA LIBRE	LA TOMOGRAFÍA JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN EL DIAGNÓSTICO DE MUCHAS ENFERMEDADES, UNA AMPLITUD PEQUEÑA DEL GANTRY NO SOLO CAUSA INCOMODIDAD PARA LOS PACIENTES

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

	<p>PARTICIPACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.</p>	<p>DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EXAMINACIÓN, SINO TAMBIÉN LIMITA A PACIENTES DE TALLA GRANDE Y A LOS QUE TIENEN CLAUSTROFOBIA. CON EL FIN DE AUMENTAR NO SOLO EL CONFORT, SINO EL PODER ATENDER A TODA LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE Y QUE LOS FABRICANTES DE EQUIPOS RADIOLÓGICOS HAN DESARROLLADO TOMOGRAFOS CON UNA AMPLIA APERTURA, SE SOLICITA EL DIÁMETRO DE GANTRY DE 75 CM O MAYOR.</p>
<p>PREGUNTA 46 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.</p>	<p>SE SOLICITA AMABELMENTE A LA CONVOCANTE QUE RECONCIDERÉ SU RESPUESTA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EN EL ENTENDIDO QUE LA CALIDAD DE LA IMAGEN DE UN EQUIPO YA NO DEPENDE SOLAMENTE DE LA POTENCIA DEL GENERADOR SI NO DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA ETAPA DE DIGITALIZACIÓN, ASÍ COMO EL SOFTWARE DE RECONSTRUCCIÓN ADEMÁS DE QUE SE PROMUEVE LA DISMINUCIPIN DE RADIACIÓN A LA CUÁL EL PACIENTE ES EXPUESTO DURANTE EL ESTUDIO SIN PERDER CALIDAD DIAGNÓSTICA Y PERMITE ALARGAR LA VIDA DEL TUBO DE RAYOS X. POR LO TANTO SE SOLICITA NOS PERMITA OFERTAR UN GENERADOR CON 72 KW DE POTENCIA ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA</p>
<p>PREGUNTA 47 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.</p>	<p>SE SOLICITA AMABELMENTE A LA CONVOCANTE QUE RECONCIDERÉ SU RESPUESTA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EN EL ENTENDIDO QUE LA CALIDAD DE LA IMAGEN DE UN EQUIPO YA NO DEPENDE SOLAMENTE DE LA POTENCIA DEL GENERADOR SI NO DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA ETAPA DE DIGITALIZACIÓN, ASÍ COMO EL SOFTWARE DE RECONSTRUCCIÓN ADEMÁS DE QUE SE PROMUEVE LA DISMINUCIPIN DE RADIACIÓN A LA CUÁL EL PACIENTE ES EXPUESTO DURANTE EL ESTUDIO SIN PERDER CALIDAD DIAGNÓSTICA Y PERMITE</p>	<p>NO SE ACEPTA</p>

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

	ALARGAR LA VIDA DEL TUBO DE RAYOS X. POR LO TANTO SE SOLICITA NOS PERMITA OFERTAR UN GENERADOR CON 600 MA ¿SE ACEPTA?	
PREGUNTA 51 IMPULSO MEXICANO S.A. DE CV.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR UNA TOLERANCIA DE 10% PARA LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA MESA Y PERMITIR OFERTAR UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 227 KG CONSIDERANDO QUE EL PORCENTAJE DE PACIENTES CON UN PESO MAYOR A 220 KG EN EL PÁÍS ES CASI NÚLO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

POR PARTE DE LA MORAL DENOMINADA DATOS, DOCUMENTOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.

En relación con la pregunta 24 del Licitante HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.:

Debemos entender que la carta que solicitan es de fabricante o filial en México o distribuidor primario a nombre de quien este el registro sanitario exhibido, ¿es correcto? Y fue contestada por parte de convocante “ES CORRECTO”

Pregunta 1. ENTENDEMOS QUE LA CARTA SOLICITADA SE REFIERE TAMBIÉN A EL NUMERAL 20 INCISO D Y E DEBE SER DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR PRIMARIO A NOMBRE DE QUIEN ESTE EL REGISTRO SANITARIO EXHIBIDO ¿ES CORRECTO NUESTRA APRECIACIÓN?

Respuesta 1. Es correcta su apreciación, y referente al registro sanitario deberá apegarse a bases rectoras, propuesta técnica numeral 16.

POR PARTE LA MORAL DENOMINADA DICIPA, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1. REFERENCIA: PREGUNTA 1 POR PARTE LA MORAL DENOMINADA IMPULSO MEXICANO S.A. DE C.V.
PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN LAS POSIBILIDADES DE ENTREGAR EL REQUISITO DE LAS BASES NUMERAL 6, SOLICITAMOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL ANEXO “A” EN FORMATO EDITABLE PARA TRABAJARLO TAL CUAL LO SOLICITAN.

Respuesta 1. Los archivos versión editable estarán disponibles en el portal oficial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

Pregunta 2. REFERENCIA: PREGUNTA 1 POR PARTE LA MORAL DENOMINADA IMPULSO MEXICANO S.A. DE C.V.
PREGUNTA: EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, DEBEMOS ENTENDER QUE LOS FORMATOS EDITABLES QUE SE ENTREGARÁN EN LA PROPUESTA SON LOS ANEXOS I, II, III, IV, V Y VI. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

Respuesta 2. No es correcta su apreciación.

POR PARTE LA MORAL DENOMINADA PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.:

Número Consecutivo	Numeral o punto específico de la Convocatoria y/o Anexos	Pregunta	REPREGUNTA
1	VIII. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS PROPUESTA TÉCNICA	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita entregar en la referenciación de la propuesta técnica sólo portada y páginas referenciadas del manual o catálogo, en el entendido de que al ser adjudicados se entregarán manuales completos. ¿Se acepta?	Entendemos que se deberán entregar los catálogos y folletos completos que hayan sido referenciados en la propuesta técnica. ¿Es correcta nuestra apreciación? ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	VIII. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS PROPUESTA TÉCNICA	Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos permita utilizar en la referenciación acrónimos y frases propias de nuestra casa comercial en caso de no poder citar textualmente los puntos solicitados, en el entendido de que se hace referencia a un	SIN REPREGUNTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

		resultado igual o equivalente. ¿Se acepta?	
3	VIII. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS PROPUESTA TÉCNICA	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar con imágenes en folletos, catálogos y/o manuales de los equipos aquellos puntos en los que el texto no sea suficiente o no sea posible referenciar textualmente ¿se acepta?	SIN REPREGUNTA
4	VIII. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS PROPUESTA TÉCNICA	Pedimos muy atentamente a la convocante nos permita referenciar en catálogos/manuales en inglés acompañado de una traducción simple al español de los párrafos referenciados. ¿Se acepta?	SIN REPREGUNTA
5	VIII. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS PROPUESTA TÉCNICA	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar características superiores sin ser motivo de descalificación de la propuesta. ¿Se acepta?	SIN REPREGUNTA
6	VIII. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS PROPUESTA TÉCNICA	Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el tiempo de entrega del Sistema RIS y PACS a 90 días después del fallo, ya que 28 días es muy reducido para instalar toda la arquitectura necesaria y capacitar al personal con todas las herramientas que puede utilizar. ¿Se acepta?	Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar el plazo de entrega debido a que 4 semanas es un plazo muy reducido para realizar entrega, instalación (Red y cableado), capacitación de todo el personal. SE REQUIERE UNA SOLUCIÓN ALTERNATIVA MIENTRAS SE IMPLEMENTA EL RIS/PACS QUE SE ASEGURE QUE LOS RESULTADOS E IMÁGENES DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN SE ENTREGUEN A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

7	ROBOT IMPRESOR 1.1 Capacidad de 30 discos o más por hora.	Entendemos que los discos (consumibles) serán proporcionados por parte del Instituto con la finalidad de no detener la atención médica. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA
8	ROBOT IMPRESOR 1.6 Capacidad en caso de ser necesario de Alta resolución 1040 x 1040 dpi	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita referenciar con 4.800 dpi lknkjet. ¿Se acepta?	Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar su respuesta debido a que 4800 dpi Inkjet supera las especificaciones establecidas en el anexo. ¿Se acepta? SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO, TODA VEZ QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS PARA EL ROBOT IMPRESOR SON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS, SE PODRA OFERTAR UN EQUIPO CON IGUAL O MAYOR RESOLUCIÓN
9	ROBOT IMPRESOR 1.9 Con conectividad al sistema institucional.	Entendemos que al ser un robot impresor, únicamente deberá tener conectividad con el Sistema RIS PACS para la distribución de estudios. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA
10	ROBOT IMPRESOR 1.9 Con conectividad al sistema institucional.	Solicitamos atentamente a la convocante se nos permita referenciar dicha conectividad con una carta de cumplimiento. ¿Se acepta?	SIN REPREGUNTA
11	ROBOT IMPRESOR Con herramientas de edición.	Entendemos que con sistema de edición se refiere a un software para creación de etiquetas. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA
12	ÁREA DE INTERPRETACIÓN 2.1 Se debe considerar estación de interpretación única para las características de mastografía en la delegación chihuahua y delegación Juárez.	Entendemos que se deberá ofertar 2 monitores de grado médico de 5MP, ya que en estudios de mama es importante la comparación con estudios previos para tener un diagnóstico más certero y dar al paciente un tratamiento	Solicitamos amablemente a la convocante se deba ofertar monitores dobles de 5MP o mayor más uno auxiliar/administrativo, ya que al ser dos monitores de grado médico es más sencillo de realizar comparaciones con estudios previos y el monitor

(Handwritten signatures and marks in blue ink)





LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

		inmediato. ¿Es correcta nuestra apreciación?	auxiliar tiene la función de realizar el reporte al mismo tiempo que se están analizando las imágenes. ¿Se acepta? NO SE ACEPTA
13	ÁREA DE INTERPRETACIÓN 2.2 Se debe considerar estaciones de interpretación única para las características de tomografía en la delegación chihuahua.	Entendemos que se deberá ofertar 2 monitores de grado médico de 2MP, ya que se asegura la calidad del diagnóstico, facilita al médico la comparación con estudios previos y mejora hasta un 40% la productividad. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Solicitamos amablemente a la convocante se deba ofertar monitores dobles de 2MP o mayor más uno auxiliar/administrativo, ya que al ser dos monitores de grado médico es más sencillo de realizar comparaciones con estudios previos y el monitor auxiliar tiene la función de realizar el reporte al mismo tiempo que se están analizando las imágenes. ¿Se acepta? NO SE ACEPTA
14	ÁREA DE INTERPRETACIÓN 2.3 Se debe considerar estaciones de interpretación única para las características de resonancia en la delegación chihuahua.	Entendemos que se deberá ofertar 2 monitores de grado médico de 2MP, ya que se asegura la calidad del diagnóstico, facilita al médico la comparación con estudios previos y mejora hasta un 40% la productividad. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Solicitamos amablemente a la convocante se deba ofertar monitores dobles de 2MP o mayor más uno auxiliar/administrativo, ya que al ser dos monitores de grado médico es más sencillo de realizar comparaciones con estudios previos y el monitor auxiliar tiene la función de realizar el reporte al mismo tiempo que se están analizando las imágenes. ¿Se acepta? NO SE ACEPTA
15	ÁREA DE INTERPRETACIÓN 2.4 Se debe considerar estaciones de interpretación única para las características de rayos X y ultrasonido en la delegación chihuahua.	Entendemos que se deberá ofertar 2 monitores de grado médico de 3MP, ya que se asegura la calidad del diagnóstico, facilita al médico la comparación con estudios previos y mejora hasta un 40% la productividad. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Solicitamos amablemente a la convocante se deba ofertar monitores dobles de 3MP o mayor más uno auxiliar/administrativo, ya que al ser dos monitores de grado médico es más sencillo de realizar comparaciones con estudios previos y el monitor auxiliar tiene la función de realizar el reporte al mismo tiempo que se están analizando las imágenes. ¿Se acepta?

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

			NO SE ACEPTA
16	ÁREA DE INTERPRETACIÓN 2.5 Se debe considerar para la delegación de una estación de interpretación de uso general.	Solicitamos amablemente a la convocante aclarar qué tipo de estudios se interpretarían en esta estación.	Debido a que en esta estación se interpretarán estudios de mastografía, entendemos que se deberá ofertar 2 monitores de grado médico de 5MP y uno auxiliar/administrativo, ya que en estudios de mama es importante la comparación con estudios previos para tener un diagnóstico más certero y dar al paciente un tratamiento inmediato. ¿Es correcta nuestra apreciación? NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
17	DIGITALIZADOR CR 2.2 Densidad de píxel de 5 pixeles / mm, 10 pixeles / mm y 20 pixeles / mm	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar 10 pixeles/mm para aplicaciones de radiología general y 20 pixeles/mm para aplicaciones de mastografía. ¿Se acepta?	SIN REPREGUNTA
18	DIGITALIZADOR CR 2.3 Adquisición de las imágenes por el digitalizador igual o mayor a 12 Bits, calidad/compatibilidad con mastografía 50 micrones en el caso del Digitalizador de Delegación Delicias.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como adquisición de datos en bits/píxel. ¿Se acepta?	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita referenciar con literatura de nuestra casa comercial, que corresponde a Adquisición de datos 20 bits/píxel. ¿Se acepta? NO SE ACEPTA
19	DIGITALIZADOR CR Consola 3.8 Con conectividad al sistema institucional.	Entendemos que al ser un digitalizador CR, únicamente deberá tener conectividad con el Sistema RIS PACS para la distribución de imágenes. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA
20	DIGITALIZADOR CR Consola 3.8 Con conectividad al sistema institucional.	Solicitamos atentamente a la convocante se nos permita referenciar dicha conectividad con una carta de cumplimiento. ¿Se acepta?	SIN REPREGUNTA

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

21	DIGITALIZADOR CR Chasis 4.1 2 chasis de 10 x 12 fosfatados	Entendemos que fosfatados hace referencia a que tienen una placa fotoestimulable al fósforo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA
22	DIGITALIZADOR CR Chasis 4.2 2 chasis de 14 x 17" fosfatados	Entendemos que fosfatados hace referencia a que tienen una placa fotoestimulable al fósforo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA
23	DIGITALIZADOR CR PARA MASTOGRAFÍA 2.1 Velocidad de digitalización de chasis de al menos 40 láminas por hora.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar una velocidad de digitalización de 60 placas/hora para 35x43cm para aplicaciones de radiología general y 38 placas/hora para 18x24cm para aplicaciones de mastografía. ¿Se acepta?	SIN REPREGUNTA
24	DIGITALIZADOR CR PARA MASTOGRAFÍA 2.2 Adquisición de las imágenes por el digitalizador igual o mayor a 12 Bits, o 4,096 niveles de grises o mayor.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita referenciar con literatura de nuestra casa comercial, que corresponde a Adquisición de datos 20 bits/pixel. ¿Se acepta?	SIN REPREGUNTA
25	DIGITALIZADOR CR PARA MASTOGRAFÍA 2.3 Resolución espacial de 20 pixeles/mm o mayor, de 50 micrones o menor, o 10 pares de líneas por milímetro (pl/mm) o mayor.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar una resolución de espacial para mastografía de 50 micrones (20 pixeles/mm). ¿Se acepta?	SIN REPREGUNTA
26	DIGITALIZADOR CR PARA MASTOGRAFÍA 4. Chasis Fosfatados	Entendemos que fosfatados hace referencia a que tienen una placa fotoestimulable al fósforo.	SIN REPREGUNTA

(Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

		¿Es correcta nuestra apreciación?	
27	EQUIPO DE RAYOS X PANORÁMICO – CEFALOGRÁFICO 3.2 Material: Tungsteno	Solicitamos amablemente a la convocante permitan que cada casa comercial oferte su tubo de RX, de acuerdo a sus características, esto con el fin de fomentar la libre participación. ¿Se acepta?	SIN REPREGUNTA
28	EQUIPO DE RAYOS X PANORÁMICO – CEFALOGRÁFICO 5.2 Tamaño del pixel menor o igual a 75 µm.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar un equipo con tamaño de pixel de 85 µm. ¿Se acepta?	Entendemos que este punto hace referencia al sensor 3D del equipo ¿Es correcta nuestra apreciación? NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
29	EQUIPO DE RAYOS X PANORÁMICO – CEFALOGRÁFICO 6.3 Estudios de al menos cuatro vistas en la misma imagen (Cóndilo izquierdo, cóndilo derecho, boca abierta, boca cerrada).	Entendemos que las cuatro vistas en la misma imagen pueden ser de estudios diferentes. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA
30	SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO Anexo A. Punto 4.	Solicitamos amablemente a la convocante se nos proporcione el número de estudios por modalidad anualmente para poder realizar un análisis de almacenamiento adecuado.	Solicitamos amablemente a la convocante también indicar el número de estudios por modalidad en Delicias y Juárez CD. DELICIAS: RX 3,064 ANUAL SONOGRAFÍAS 1,357 MASTOGRAFÍAS 440 CD. JUÁREZ: RX 9,000 SONOGRAFÍAS 3,482 MASTOGRAFÍAS 1,161 ACTUALMENTE SE TIENE UNA TASA DE CRECIMIENTO DE APROX. UN 5%

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

31	SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO Anexo A. Punto 4.	Solicitamos amablemente a la convocante que para las especificaciones que no se puedan referenciar en la literatura de nuestra casa comercial, se pueda referenciar mediante una carta de cumplimiento. ¿Se acepta?	SIN REPREGUNTA
32	SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO Anexo A. Punto 4.	Entendemos que a fin de lo limitar la libre participación, se podrá ofertar un sistema RIS PACS local y un visualizador web. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA
33	SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO Anexo A. Punto 4.	Entendemos que no se requiere migración de estudios. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Solicitamos amablemente a la convocante se nos proporcione el número de estudios que actualmente se tiene almacenado y el peso en TB. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CUENTA CON UNOS 28 TB DE IMÁGENES HISTÓRICAS LAS CUALES PUEDEN SER MIGRADAS A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR O BIEN PUEDEN SER CONSULTADAS HACIENDO LA INTERFACE NECESARIA.
34	SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO Anexo A. Punto 4.	Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si actualmente se cuenta con un HIS y/o EMR.	Entendemos que el expediente electrónico cuenta comunicación HL7 para una integración adecuada. ¿Es correcta nuestra apreciación? EN EL PASADO SE USO ESTÁNDAR HL7 PARA INTERCONECTAR LA BASE DE DATOS DE ORACLE. ACTUALMENTE NO SE UTILIZA, PERO ES POSIBLE IMPLEMENTARLO AL IGUAL QUE

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

			OTRAS SOLUCIONES COMO DBLINK, WEBSERVICE, ETC.
35	SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO Anexo A. Punto 4.	Entendemos que solamente se deberá ofertar software con las características solicitadas. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA
36	SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO Anexo A. Punto 4.	En caso que mi pregunta anterior sea positiva. Solicitamos amablemente a la convocante indicar las características del equipo de cómputo en el cual se instalará el software.	Entendemos que se deberá instalar únicamente los servidores necesarios y el equipo de cómputo establecido en el ANEXO I y II (ARÉA DE INTERPRETACIÓN). ¿Es correcta nuestra apreciación? ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
37	SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO Anexo A. Punto 4.	En caso que mis preguntas anteriores sean negativas. Solicitamos amablemente a la convocante indicar las cantidades del equipo de cómputo a ofertar.	SIN REPREGUNTA
38	SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO Anexo A. Punto 4. Plataforma. Proporciona acceso a las imágenes e informes sobre iPad, iPhone, Android, pc y Max, a través de una aplicación que no deje huella (zero footprint, zero-download viewer) y que requiere descarga de código en todas sus plataformas.	Solicitamos amablemente a la convocante que para no limitar la libre participación de los licitantes, se pueda ofertar el sistema de plataformas móviles de cada casa comercial. ¿Se acepta?	SIN REPREGUNTA

(Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

39	<p>SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO Anexo A. Punto 4. Plataforma. Que cuente con una plataforma que se pueda descargar de manera gratuita en Apple store y en google play para plataformas móviles.</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante que para no limitar la libre participación de los licitantes, se pueda ofertar el sistema de plataformas móviles de cada casa comercial. ¿Se acepta?</p>	<p>SIN REPREGUNTA</p>
40	<p>SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO Anexo A. Punto 4. Ejecución. Se permiten múltiples sesiones para diferentes usuarios.</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante que para no limitar la libre participación de los licitantes, se nos indique el número de técnicos radiólogos por cada sitio. Ya que es importante para el dimensionamiento de la arquitectura de la solución.</p>	<p>SIN REPREGUNTA</p>
41	<p>SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO Anexo A. Punto 4. Sistema de detección de cáncer.</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante que para no limitar la libre participación de los licitantes, se nos indique en que sitio estará instalado el Sistema de Detección de cáncer.</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante indicar el sitio en el cual estará instalado debido a que la visita no fue obligatoria y la información debe de ser compartida por igual ante todos los proveedores.</p> <p>EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR, SEBERA PROPONER LA DISTRIBUCION DE AREAS MÁS FUNCIONAL PARA LA INSTITUCIÓN, MISMA QUE DEBERA SER ABROBADA POR EL PERSONAL DE ENLACE DESIGNADO POR LA INSTITUCIÓN.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

42	<p>SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO</p> <p>Anexo A. Punto 4. Sistema de detección de cáncer. Integración con el sistema de información de laboratorio (LIS)</p>	<p>Entendemos que el sistema de información de laboratorio que los sitios tienen actualmente cuenta con comunicación HL7. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante indicar que tipo de comunicación cuenta su LIS para realizar un análisis sobre la integración.</p> <p>ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN SERVICIO DE ACCESO DE DATOS A LA BASE DE DATOS DE ORACLE DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE LA CUAL SE OBTIENE LAS ORDENES DE ESTUDIO Y DEJAN LO RESULTADOS EN TABLAS.</p>
43	<p>SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO</p> <p>Anexo A. Punto 4. Informe de entrega. Integración con soluciones de entrega como el portal web para pacientes/médicos, sistemas robóticos de CD/DVD y folletos en papel.</p>	<p>Entendemos que el sistema RIS PACS sólo deberá contar con integración con el portal web para pacientes, mas no se deberá ofertar en el presente evento. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	SIN REPREGUNTA
44	<p>SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO</p> <p>Anexo A. Punto 4. Arquitectura. Sistema de almacenamiento escalable y centralizado.</p>	<p>Entendemos que el almacenamiento no requiere de un site físico en cada hospital y se podrán almacenar los estudios DICOM en una VNA dentro de México para disminuir el hardware. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	SIN REPREGUNTA
45	<p>SISTEMA DE INFORMACIÓN, PROGRAMAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASOCIADO</p> <p>Anexo A. Punto 4.</p>	<p>Entendemos que a fin de ofertar una recuperación centralizada de desastres se deberá ofertar una VNA dentro de México, para que en caso de pérdida de energía y/o cualquier siniestro,</p>	SIN REPREGUNTA

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

	Arquitectura. Recuperación centralizada de desastres, alta funcionalidad y funciones de respaldo	los estudios puedan estar seguros evitando la pérdida de información. ¿Es correcta nuestra apreciación?	
46	c) IDIOMA	Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita presentar la documentación en el idioma de origen, con la traducción simple al español, del texto referenciado. ¿Acepta nuestra propuesta?	SIN REPREGUNTA
47	III. VISITA AL LUGAR DONDE SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS.	Entendemos que las visitas a las instalaciones, son opcionales y el no realizarlas, no serán motivo de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA
48	PROPUESTA TÉCNICA Numeral 1 Original o copia certificada y copia simple del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal vigente o el oficio de acreditación de personalidad expedida por la Coordinación Jurídica de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.	Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita presentar un manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de que el documento se encuentra en trámite y en caso de resultar adjudicados se presentará en original. ¿Acepta nuestra propuesta?	SIN REPREGUNTA
49	PROPUESTA TÉCNICA Numeral 8, Anexo IV Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el concursante o su representante legal, en la que señale su domicilio fiscal, además de uno en el	Entendemos que se podrá, mencionar el domicilio fiscal del licitante, sin que necesariamente se encuentre en el Estado de Chihuahua. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA

(Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

	Estado de Chihuahua, así como su teléfono y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y documentos relacionados con la presente licitación y, en su caso, con el cumplimiento y ejecución del contrato que derive del presente procedimiento.		
50	PROPUESTA TÉCNICA Numeral 20 d) Carta de apoyo para la empresa participante, dirigida a Pensiones Civiles del Estado por parte del fabricante donde manifieste que los equipos radiológicos que serán entregados para su arrendamiento son 100% nuevos y de última generación.	Entendemos que el equipo a instalar debe ser nuevo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA
51	PROPUESTA TÉCNICA Numeral 20 d) Carta de apoyo para la empresa participante, dirigida a Pensiones Civiles del Estado por parte del fabricante donde manifieste que los equipos radiológicos que serán entregados para su arrendamiento son 100% nuevos y de última generación.	En caso de ser positiva la respuesta a nuestra pregunta anterior, solicitamos amablemente a la convocante, nos permita entregar equipo usado, en perfectas condiciones para su uso. ¿Acepta nuestra propuesta?	SIN REPREGUNTA

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

52	ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA INSTALACIÓN	Solicitamos amablemente a la convocante, nos mencione las características generales de las salas en las que serán instalados los equipos, es decir, si cuentan con baritaje, vidrios emplomados, el voltaje a pie de sala, luminarias, pintura. Favor de pronunciarse al respecto.	SIN REPREGUNTA
53	ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA INSTALACIÓN	Entendemos que la presentación de guías mecánicas será para el participante adjudicado. ¿Es correcta nuestra apreciación?	SIN REPREGUNTA
54	ANEXO A PROPUESTA TÉCNICA INSTALACIÓN	En caso de ser negativa la respuesta a nuestra pregunta anterior, solicitamos amablemente a la convocante, nos permita entregar en la presentación de aperturas, guías tipo. ¿Acepta nuestra propuesta?	SIN REPREGUNTA

Se aperece a todos los licitantes que deseen participar en la presente licitación, que todas las aclaraciones, dudas y cambios realizados emanadas de esta junta de aclaraciones serán obligatorias y serán consideradas para la integración de las propuestas técnica y económica y la evaluación de las mismas, bajo pena de no cumplir con ellas, de desechar sus propuestas por no cumplir con los requisitos solicitados por la presente.

Por último, se pone del conocimiento a los interesados en participar en la presente licitación, que derivado de la celebración de esta Segunda Junta de Aclaraciones, el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día 30 de septiembre del 2022, a las 11:00 horas, en el Auditorio de Pediatría, Edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ubicado en la Avenida Teófilo Borunda Ortiz N° 2900, C.P. 31000, en la Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

No habiendo más aclaraciones que realizar, se da por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las 13:30 horas del día 26 de septiembre de 2022, firmada de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar, entregando copia de la misma, para su debida constancia y efectos de notificación.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:

PRESIDENTE

M.D.O. JOSÉ DOLORES RAMÍREZ VILLARREAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VOCAL

L.A.F. LUIS CARLOS PAYAN ARMENDÁRIZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
FINANZAS

VOCAL

LIC. BLANCA GEORGINA JUÁREZ
DOMÍNGUEZ
COORDINADORA JURÍDICA

VOCAL Y REQUIRENTE

DRA. ALICIA ANDREA RIVERA MORALES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN MÉDICA

EN CALIDAD DE OBSERVADORA

LIC. JAZMÍN SAUCEDA ANAYA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-017-2022
"ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE
IMAGEN DIAGNÓSTICA INTEGRADO"

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

POR LOS LICITANTES


IMPULSO MEXICANO, S.A. DE C.V.

Diego Alejandro Laya Molina


PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.

Mónica Karla Chicho García.


ALEJANDRO BENITEZ BALMO
DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO PCE-LPP-017-2022, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RADIOLÓGICO Y DE IMAGEN DIAGNOSTICA INTEGRADO, REQUERIDO POR PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

