



**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"**

JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE CELEBRA CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO", LA CUAL SE CELEBRA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VI, 58 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ARTÍCULOS 54 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN EL APARTADO 3.3 DE LAS BASES LICITATORIAS RECTORAS DEL PROCESO.

En Chihuahua, Chihuahua, siendo las diez horas del día 28 de octubre del año dos mil veinticinco, reunido el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua la C.P. Elizabeth Pérez Gill, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, designación otorgada por el Ing. Alfredo Chávez Sedano, Director de Administración, en su carácter de Presidente del Comité, mediante acuerdo de fecha quince de julio de dos mil veinticinco el Lic. Luis Carlos Payán Armendáriz, Jefe del Departamento de Tesorería, en representación de la Dirección de Finanzas, en calidad de Vocal nombramiento otorgado mediante acuerdo de fecha 04 de agosto de 2025 signado por la L.A.G. Daniela Ginat Vázquez Vargas, Directora de Finanzas en su carácter de Vocal del Comité; Lic. Karen Yasel Batista Carrasco, Abogada adscrita a la Coordinación Jurídica, en representación y calidad de vocal, nombramiento otorgado mediante acuerdo PCE-CJ-001-2025, de fecha 16 de julio del presente año signado por la Lic. María de los Ángeles Loya Domínguez, Coordinadora Jurídica, y el Dr. Josué Eleazar Batres Martínez, Director Médico, como Vocal y Requierente del Comité, contando con la presencia del C.P. Jorge Velasco Martínez, representante del Órgano Interno de Control, en Pensiones Civiles del Estado, en su carácter de observador del procedimiento en el Auditorio ubicado en la planta alta del Edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ubicado en la Avenida Teófilo Borunda Ortiz N° 2900, C.P. 31000, en la Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua; quienes proceden a llevar cabo la junta de aclaraciones derivada de la licitación pública ya referida, mediante la cual se desahogarán las dudas y planteamientos que se formulen por los participantes de manera clara y precisa, así como hacer constar las respuestas de los mismos.

Para el desarrollo de la presente junta la C.P. Elizabeth Pérez Gill, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, quien será apoyada y asesorada por el resto de los integrantes del Comité y el personal especializado de las áreas médica, fiscal y jurídica, por ser en su conjunto, las personas que cuentan con los conocimientos necesarios para dar respuesta satisfactoriamente los cuestionamientos y dudas que fueron planteados por los licitantes en los términos de las bases licitatorias rectoras del proceso.

U
W
R
Z
AB
2025

Página 1 de 25



**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"**

JUNTA DE ACLARACIONES

Acto seguido la C.P. Elizabeth Pérez Gill, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59, fracciones III y IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y el artículo 54 de su Reglamento, pone en conocimiento que las personas que cumplieron con el requisito de enviar el escrito vía electrónica, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de una o un tercero, manifestando los datos generales de la persona interesada y, en su caso, de quien funja como representante, en los términos del apartado 3.3 de las bases rectoras del procedimiento, y cuyas dudas planteadas son procedentes para su contestación, son los siguientes:

Licitante	Número de Preguntas
VICTOR JAVIER TOQUINTO JURADO	17
COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	5
TECNOLOGÍA INTEGRAL PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	11
SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C.V.	32

Posterior a esto la C.P. Elizabeth Pérez Gill, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios procede a la lectura de las preguntas y respuestas.

VICTOR JAVIER TOQUINTO JURADO

TIPO DE PREGUNTA	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
TECNICA	A-1 PARTIDA 1 MICROTOMO RORATIVO SEMAUTOMATICO PUNTO 2 RANGO DE ESPESOR DE CORTE 1µm A 500µm	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar el rango de corte de .05-100 µm ya que con este rango se cubre la operación estándar de trabajo a realizar por el área técnica	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

JUNTA DE ACLARACIONES

TECNICA	A-1 PARTIDA 1 MICROTOMO RORATIVO SEMAUTOMATICO PUNTO 3 INCREMENTO DE ESPESOR DE CORTE 1µm A 500µm	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cumplir este punto con ajuste de .05-2 µm con incremento de .05µm, 2- 10 µm con incremento de 1µm, 10-20 µm con incremento de 2µm. 20- 50 µm con incremento de 5µm, 50-100 µm con incremento de 10µm, ya que con esto se cubre la operación estándar del área técnica	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
TECNICA	A-1 PARTIDA 1 MICROTOMO RORATIVO SEMAUTOMATICO PUNTO 4 PRECISION DE CORTE	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cumplir este punto con la precisión de corte de +- 10%	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
TECNICA	A-1 PARTIDA 1 MICROTOMO RORATIVO SEMAUTOMATICO PUNTO 6 DESPLAZAMIENTO VERTICAL DEL ESPESIMEN MINIMO 55mm	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cumplir este punto con 60mm ya que esto no afecta el trabajo de operación del área técnica	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
TECNICA	A-1 PARTIDA 11 REFRIGERADOR DE VACUNAS PUNTO 4 TEMPERATURA DEL	Solicitamos amablemente a la convocante cumplir con lo solicitado de	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"

JUNTA DE ACLARACIONES

	REFRIGERADOR PRECONFIGURADO A +- 5 GRADOS	preconfigurado con rango de la marca a cotizar cumpliendo con la temperatura preestablecida de 2 a 8 grados	
TECNICA	A-1 PARTIDA 11 REFRIGERADOR DE VACUNAS PUNTO 5 CONTROL DE TEMPERATURA	Entedemos es este punto que tratándose de un equipo del grado biomédico y utilizado para conservación vacunas el control de temperatura deberá ser por microprocesador y con sistema de respaldo de energía independiente del suministro eléctrico con al menos 36hrs de respaldo de información ante falla de energía eléctrica	Respuesta: Apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019- BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 "ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR", siendo estas características mínimas, no limitativas.
TECNICA	A-1 PARTIDA 11 REFRIGERADOR DE VACUNAS PUNTO 6 TERMOGRAFICADOR DE GRAFICA CIRCULAR INTEGRADO	Solicitamos amablemente a la convocante poder cumplir con este punto con graficador de temperatura digital provisto con alimentación de papel automatico de rollo integrado al equipo	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

JUNTA DE ACLARACIONES

TECNICA	A-1 PARTIDA 11 REFRIGERADOR DE VACUNAS PUNTO 6 TERMOGRAFICADOR DE GRAFICA CIRCULAR INTEGRADO	Entendemos que tratándose de un refrigerador de vacunas el graficador deberá de contar con respaldo independiente a la alimentación eléctrica y respaldo de batería de hasta 36 horas y interfaces USB y RS-485 para tener acceso a descarga de información de temperaturas	Respuesta: Apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR”, siendo estas características mínimas, no limitativas.
TECNICA	A-1 PARTIDA 11 REFRIGERADOR DE VACUNAS PUNTO 9 PUERTAS	Entendemos que las puertas del equipo deberán contar con sistema de auto cierre con cerradura de seguridad independiente a la manija, estamos en lo correcto	Respuesta: Apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR”, siendo estas características mínimas, no limitativas.
TECNICA	A-1 PARTIDA 11 REFRIGERADOR DE VACUNAS PUNTO 10 MATERIA DEL INTERIOR ACERO INOXIDABLE O	Entendemos que el acero inoxidable deberá ser mínimo AISI-304 tipo sanitario	Respuesta: Apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

JUNTA DE ACLARACIONES

	ABS TERMOFORMADO GRADO MEDICO		BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR”, siendo estas características mínimas, no limitativas.
TECNICA	A-1 PARTIDA 11 REFRIGERADOR DE VACUNAS	Tratándose de un refrigerador de vacunas este deberá cumplir con al menos las norm-ance, e iso 13485, iso 9001- 2015, así con certificado de buenas prácticas de fabricación aplicable a equipo medico	Respuesta: Apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019- BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR”, siendo estas características mínimas, no limitativas.
TECNICA	A-1 PARTIDA 11 REFRIGERADOR DE VACUNAS PUNTO 12 VOLTAJE DE OPERACION	En este punto tratándose de equipo de conservación de vacunas, el equipo deberá de contar con regulador de voltaje integrado con rangos de variación de voltaje de 90 a 140V con retardo de arranque para	Respuesta: Apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019- BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

JUNTA DE ACLARACIONES

		protección de sobrecargas	CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR”, siendo estas características mínimas, no limitativas.
TECNICA	A-1 PARTIDA 12 AUTOCLAVE DE VAPOR DE MESA PUNTO 11 CONSUMO ELECTRICO	Solicitamos amablemente a la convocante se pueda incrementar el consumo de eléctrico de al menos 1200W lo anterior para no limitar la participación de diversas marcas que se encuentran en el mercado	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
TECNICA	A-1 PARTIDA 12 AUTOCLAVE DE VAPOR DE MESA PUNTO 5 TEMPERATURA DE ESTERILIZACION DE 121 Y 134 GRADOS CENTIGRADO	Entendemos en este punto que el equipo deberá de contar con al menos 3 programas prestablecidos de esterilización con estas temperaturas	Respuesta: Apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR”, siendo estas características mínimas, no limitativas.
TECNICA	A-1 PARTIDA 14 CONGELADOR HORIZONTAL PUNTO 3 RANGO DE	Solicitamos amablemente a la convocante permitirnos cumplir con este punto	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"

JUNTA DE ACLARACIONES

	TEMPERATURA DE -15 a -25 GRADOS CENTIGRADOS	con un rango de -15 a -20 grados centígrados los cuales son adecuados para la conservación de material medico	
TECNICA	A-1 PARTIDA 14 CONGELADOR HORIZONTAL PUNTO 5 TAPA O PUERTA	Entendemos que la puerta del congelador deberá de ser abatible con sistema de autocierre	Respuesta: Apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 "ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR", siendo estas características mínimas, no limitativas.
TECNICA	A-1 PARTIDA 14 CONGELADOR HORIZONTAL SIN PUNTO	Entendemos que por ser este un equipo medico el mismo deberá de contar con al menos el certificado iso 13485	Respuesta: Apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 "ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR", siendo



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

JUNTA DE ACLARACIONES

			estas características mínimas, no limitativas.
--	--	--	--

COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

1. ANEXO TECNICO A-1 EQUIPO MEDICO PARTIDA 1

Se solicita a la convocante la posibilidad de ofertar microtomo rotatorio semiautomático intervalo del espesor de corte .5 - 100 um. intervalo del espesor del desbaste 5-500 um precisión del corte +/-10% dimensiones 500x420x310 mm. incluye bandeja de residuos desmontable, portacuchillas y pinzas.

Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa, siempre y cuando cumpla con las demás características mínimas requeridas y referenciadas establecidas en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR”.

2. ANEXO TECNICO A-1 EQUIPO MEDICO PARTIDA 2.

Se solicita a la convocante la posibilidad de ofertar horno de secado de mesa capacidad de 18 l intervalo temp ta- 10 centígrados a 300 centígrados medidas externas 380 x 455 x 568 mm, medidas internas 260 x 260 x 260 mm convección natural pantalla led, temporizador, rejillas planas removibles y ajustables.

Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa, siempre y cuando cumpla con las demás características mínimas requeridas y referenciadas establecidas en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR”.

3. ANEXO TECNICO A-1 EQUIPO MEDICO PARTIDA 4.

Se solicita a la convocante la posibilidad de ofertar procesador de tejidos 14 estaciones de trabajo volumen 1 l intervalo de temperatura ta-85 °c, tiempo de retención en estación: 1 min a 99 hrs 59 min, dimensiones 1400 x 500 x 500 mm. pantalla lcd con tiempo de goteo y alarma. donde a su vez se solicita que el tiempo de entrega del dispositivo se extienda a 90 días tras la emisión del fallo correspondiente a esta licitación.

Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa, siempre y cuando cumpla con las demás características mínimas requeridas y referenciadas establecidas en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-



**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"**

JUNTA DE ACLARACIONES

LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 "ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR".

Respecto a tiempo de entrega no se acepta su propuesta, apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 4 "PLAZOS, LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES".

4. ANEXO TECNICO A-1 EQUIPO MEDICO PARTIDA 11.

Se solicita a la convocante la posibilidad de ofertar refrigerador y congelador biológico capacidad de 450 l intervalo temp 2 c* a 8 c* (compartimiento sup)/-10 c* a -26 c* (compartimiento inf, medidas ect: 810x735x1960 mm. equipado c /sistema de alarma, cerradura, ruedas e iluminacion(compartimiento sup). con ups incluido para autonomía termica. cuenta con alarma por falla del sensor y temperatura alta/baja

Respuesta: No se acepta su propuesta, apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 "ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR".

5. ANEXO TECNICO A-1 EQUIPO MEDICO PARTIDA 12.

Se solicita a la convocante la posibilidad de ofertar autoclave manual volumen 20 l presion maxima .22 mpa, temp max 134 c*, medidas externas: 480x470x390 mm, medidas internas diametro 250 x 410 mm. equipado con valvula de seguridad, charolas y temporizador. peso aproximado de 40 kg. protección contra sobrecalentamiento y función de alarma auditiva al finalizar el ciclo de esterilización

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa, siempre y cuando cumpla con las demás características mínimas requeridas y referenciadas establecidas en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 "ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR".

TECNOLOGÍA INTEGRAL PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.

1.- NUMERAL 4. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS INCISO d) Deberán estar firmados y foliados todos y cada uno de los documentos que integran su propuesta.

¿Se puede solo firmar la última hoja de cada uno de los documentos solicitados, donde se indica nombre y firma del licitante y solamente rubricar las demás páginas que integran dichos documentos? ¿Se acepta?

Respuesta: Favor de apegarse a lo establecido en las bases del proceso licitatorio PCE-LPP-019-2025-BIS, numeral 4 INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS, inciso d) que a la letra señala "Deberán estar firmadas todos y cada uno de los documentos que

Página 10 de 25



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"

JUNTA DE ACLARACIONES

integran su propuesta como se consigna en el artículo 49 fracción, III, inciso f) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el cual señala: "El señalamiento de que la proposición deberá estar totalmente foliada y firmada autógrafamente de manera consecutiva en cada uno de los documentos que la integran. El folio será colocado en cada hoja que contenga texto de la propuesta. Los catálogos podrán ser rubricados o firmados por los licitantes según el volumen de los mismos."

De acuerdo a lo anterior únicamente los catálogos podrán ser rubricados.

2.-Numeral 5.1.2 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y FISCAL, inciso f) Copia de al menos un contrato celebrado con anterioridad a fin de acreditar experiencia en el ramo.

¿Se acepta un contrato con cualquier institución pública o privada?

¿Puede presentarse solamente la factura? Esto debido a que muchos contratos son confidenciales. ¿Se acepta?

Respuesta: En relación al contrato celebrado con institución pública o privada, se acepta siempre y cuando del contrato se pueda acreditar la experiencia en el ramo. Y en cuanto a la presentación únicamente de factura no se acepta su propuesta, favor de apegarse a las bases rectoras del proceso licitatorio PCE-LPP-019-2025-BIS, numeral 5.1.2 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y FISCAL, inciso f).

3.-NUMERAL 4. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y FISCAL, ANEXO TÉCNICO, ANEXO ECONÓMICO, TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBAN SER MEMBRETADOS: Se solicita que los documentos se presenten preferentemente en papel membretado del licitante.

¿Se acepta que el membrete sea impreso en blanco y negro?

Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.

4.- NUMERAL 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, Inciso e) en caso de que los bienes ofertados no requieran registro sanitario, deberá presentar Constancia oficial expedida por la secretaría de salud, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la expide.

¿Se acepta presentar solamente la publicación del DOF de insumos y equipos que no requieren registro sanitario, mencionando el renglón correspondiente al bien ofertado?

Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

5.-ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 3. ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR. PARTIDA 1 MICROTOMO, PUNTO 15 ACCESORIOS INCLUIDOS: 10 cajas de cuchillas (20 mín)





LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"

JUNTA DE ACLARACIONES

Se solicita amablemente a la convocante por favor especificar a qué se refiere con 20 mín. Si son 20 paquetes o un paquete de 20 piezas. En caso de que sean 20 piezas por paquete, por favor indicar cuántas se requieren en total, pues la presentación de los paquetes que se manejan es de 50 piezas por paquete.

Respuesta: Se refiere a paquetes de 20 piezas al menos, siendo requeridas un mínimo de 200 piezas.

6.- ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 3. ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR. PARTIDA 4 PROCESADOR DE TEJIDOS

¿Se acepta poder ofertar un equipo de sistema cerrado, el cual tiene múltiples ventajas, como mucho mayor protección al usuario reduciendo la exposición a gases peligrosos, cuenta con triple protección de estos gases, mejor gestión y aprovechamiento de reactivos, diseño compacto, facilidad de uso, entre otros?

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa, siempre y cuando cumpla con las características mínimas requeridas establecidas en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3 "ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR".

7.- ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 3. ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR. PARTIDA 11 REFRIGERADOR DE VACUNAS, PUNTO 2 CAPACIDAD TOTAL: Mínima de 17 pies cúbicos (aproximadamente 481 litros).

Por favor confirmar que la capacidad mínima de 481 litros, se refiere a la capacidad sumada del módulo del refrigerador más la capacidad del módulo del congelador. ¿Es correcta la apreciación?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

8.- ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 3. ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR. PARTIDA 12 AUTOCLAVE DE VAPOR DE MESA PUNTO 1 TIPO DE EQUIPO: Autoclave de mesa horizontal, de vapor, con funcionamiento semiautomático o automático.

¿Se requieren que los ciclos sean automáticos o manuales?

Respuesta: Automáticos o semiautomáticos, refiriéndose este último a que el equipo no requiere intervención del usuario una vez seleccionado el ciclo, a menos que sea para abrir la puerta en caso de requerir secado.

9.- ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 3. ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES A ADQUIRIR. PARTIDA 14 CONGELADOR HORIZONTAL PUNTO 1 TIPO DE EQUIPO: Congelador horizontal.

¿El congelador tiene que ser forzosamente horizontal?

¿Se acepta ofertar uno vertical?

Página 12 de 25



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"

JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa, siempre y cuando cumpla con las características mínimas requeridas especificadas en el anexo técnico.

10.- ANEXO TÉCNICO, NUMERAL A-2 MOBILIARIO MÉDICO, PARTIDA 4 MESA DE TRABAJO, PUNTO 3 REPISAS: Repisa inferior ajustable. Tapas de nivelación de plástico.

Se solicita amablemente a la convocante si nos podría ampliar por favor la información sobre la "repisa inferior ajustable", a qué se refiere, ya que no estamos familiarizados con ese concepto.

Respuesta: Se refiere a que, además de la superficie principal de trabajo, la mesa debe contar con una repisa inferior adicional, la cual pueda ajustarse en altura conforme a las necesidades del usuario o del tipo de material a colocar.

11.- ANEXO TÉCNICO, NUMERAL 4 PLAZOS, LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, TODAS LAS PARTIDAS: Tiempo de entrega = 4 semanas.

Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega al menos de las partidas 1, 2, 4, 11, 12 y 14. Debido a que son equipos de procedencia extranjera por lo cual, se requiere más tiempo para su fabricación, traslado, trámites de importación, tiempo en la aduana. ¿Se acepta ampliar por favor el plazo a 90 días

Respuesta: No se acepta su propuesta, apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 4 "PLAZOS, LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES".

SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C.V.

CUESTIONAMIENTO	RESPUESTA
<p>1.1 Idioma en el que deberán presentarse las propuestas Dice: Las propuestas presentadas al amparo del presente proceso de adjudicación deberán ser presentadas en idioma español, en caso de que sea necesario adjuntar o acompañar algún folleto, anexo o cualquier tipo de documento que se encuentre en un idioma distinto al español, deberá además adjuntarse la traducción correspondiente.</p> <p>Pregunta:</p>	<p>Respuesta: No se acepta la propuesta de su pregunta, favor de apegarse a las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS, numeral 1.1 IDIOMA EN EL QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPUESTAS.</p> <p>Que a la letra señala: <i>Las propuestas presentadas al amparo del presente proceso de adjudicación, deberán ser presentadas en idioma español, en caso de que sea necesario adjuntar o acompañar algún folleto, anexo o cualquier tipo de documento que se encuentre en un idioma</i></p>





LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Solicitamos que, en caso de requerirse hacer uso de traducción, nos permita que esta solo sea de aquellos párrafos o renglones que sustenten el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas.</p>	<p><i>distinto al español, deberá además adjuntarse la traducción correspondiente</i></p>
<p>¿Se acepta?</p> <p>5.1.1 Documentación Legal</p> <p>h) Anexo B.- Manifestación escrita debidamente firmada por el concursante o su representante legal, en la que señale su teléfono, domicilio fiscal, además de un domicilio en el Estado de Chihuahua y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y documentos relacionados con la presente licitación y, en su caso, con el cumplimiento y ejecución del contrato relativo.</p> <p>Pregunta:</p> <p>Solicitamos de la manera más atenta se permita declarar una dirección fuera del estado de Chihuahua, ya que nuestra casa matriz se encuentra en la ciudad de México.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Respuesta: No se acepta la propuesta de su pregunta, favor de apegarse a lo señalado en bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS numeral 5.1.1 DOCUMENTACION LEGAL, inciso h).</p>
<p>5.2 Propuesta Técnica:</p> <p>e) Copia simple debidamente identificada con la partida y clave correspondiente del Registro Sanitario ante la Secretaría de Salud para la comercialización de cada uno de los bienes a licitar, así como en medio electrónico (USB), de conformidad con los artículos 376 y 376 bis de la Ley General de Salud, o bien, la solicitud de prórroga de dicho registro sanitario.</p> <p>En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá de presentar Constancia Oficial expedida por la</p>	<p>Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa.</p>





**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”**

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Secretaría de Salud, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la expide.</p> <p>Pregunta:</p> <p>Solicitamos que, en caso de no requerirse Registro Sanitario para los bienes ofertados, se permita la presentación del Listado de Insumos de bajo Riesgo emitidos por la Cofepris en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2025, en el que se identifique los bienes ofertados.</p> <p>¿se acepta?</p>	
<p>5.2 Propuesta Técnica:</p> <p>e) Copia simple debidamente identificada con la partida y clave correspondiente del Registro Sanitario ante la Secretaría de Salud para la comercialización de cada uno de los bienes a licitar, así como en medio electrónico (USB), de conformidad con los artículos 376 y 376 bis de la Ley General de Salud, o bien, la solicitud de prórroga de dicho registro sanitario.</p> <p>En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá de presentar Constancia Oficial expedida por la Secretaría de Salud, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la expide.</p> <p>Pregunta:</p> <p>Es de suponerse que no solo se debe presentar el Registro Sanitario, sino además se deberá anexar en el caso de Equipo médico, el certificado ISO 13485 para garantizar que los productos médicos sean seguros, eficaces y cumplan con los requisitos regulatorios internacionales</p> <p>¿se acepta?</p>	<p>Respuesta: No se acepta su propuesta, apéguese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU PUNTO 5.2 INCISO E).</p>



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>5.2 Propuesta Técnica:</p> <p>f) Copia simple de la Licencia Sanitaria vigente ante la Secretaría de Salud, en el que la modalidad sea de distribución de los bienes que oferta en la presente licitación, tratándose de bienes que deban contar con la misma.</p> <p>Pregunta:</p> <p>En caso de no estar obligados a contar con licencia Sanitaria, solicitamos se nos permita la presentación de un escrito manifestando que no nos aplica.</p> <p>¿se acepta?</p>	<p>Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.</p>
<p>5.2 Propuesta Técnica</p> <p>h) El licitante deberá presentar currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en el objeto del presente procedimiento de contratación, con firma y nombre de quien suscribe.</p> <p>Pregunta:</p> <p>Es de entenderse que no bastará la presentación del currículo, sino se deberá anexar al menos tres contratos o pedidos al mismo, con el que se demuestre que la empresa licitante, tiene una experiencia real en la venta, distribución y servicio en los bienes que oferte.</p> <p>¿es correcto?</p>	<p>Respuesta: No se acepta su propuesta, apóyese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento licitatorio PCE-LPP-019-BIS EN SU PUNTO 5.2 INCISO H).</p>
<p>4. Plazos, lugares y condiciones de entrega de los bienes.</p> <p>Tiempo de Entrega: 4 semanas</p> <p>Los licitantes que resulten adjudicados deberán surtir los bienes dentro de los días hábiles, conforme a los plazos señalados en el presente</p>	<p>Respuesta: No se acepta su propuesta, apóyese a lo establecido en las bases rectoras del procedimiento LICITATORIO PCE-LPP-019-BIS EN SU ANEXO TÉCNICO, EN EL PUNTO 4 "PLAZOS, LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES".</p>





LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>anexo, siguientes a la fecha en que se les notifique el documento que contenga la orden de compra o el pedido notificado, sin importar la denominación del mismos, respectiva por cualquiera de los medios aplicables que se establezcan en el contrato,</p> <p>Pregunta: En el caso de bienes de importación se solicita que el plazo de entrega pueda extenderse hasta 8 semanas</p> <p>¿Se acepta?</p>	
<p>PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO</p> <p>Punto: 1. Tipo de equipo Micrótomo rotativo semiautomático de banco</p> <p>Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar nuestra tecnología microtomo rotatorio automático tipo gabinete ¿Se acepta?</p>	<p>Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.</p>
<p>PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO</p> <p>Punto: 2. Rango de espesor de corte 1 μm a 500 μm</p> <p>Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un rango de espesor de corte de 0.5 a 100 micras, ya que este rango cubre plenamente todos los cortes utilizados en los procedimientos habituales de histología (entre 2 y 10 micras). ¿Se acepta?</p>	<p>Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.</p>
<p>PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO</p> <p>Punto: 3. Incrementos de espesor. Ajuste mínimo de 1 μm</p>	<p>Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.</p>



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"

JUNTA DE ACLARACIONES

Pregunta: Solicitamos se nos permita el ofertar ajuste de 1 μm mediante el cambio de grosor del corte dentro del intervalo 0,5-100 μm , cumpliendo de esta manera lo solicitado solo que así lo expresa nuestra literatura ¿Se acepta?	
PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO Punto: 5. Desplazamiento horizontal del espécimen. Mínimo 30 mm Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un recorrido horizontal de hasta 10 mm ya que no afecta el funcionamiento del equipo y es suficiente para los procedimientos de histología clínica de rutina ¿Se acepta?	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO Punto: 7. Orientación del cabezal (XY). Ajustable al menos 8° en ambos ejes Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una orientación del cabezal de $\pm 4^\circ$ ya que no afecta la funcionalidad del equipo y es suficiente para los procedimientos de histología clínica de rutina	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO Punto: 9. Portacuchillas. Base ajustable con desplazamiento mínimo de 50 mm (adelante-atrás) Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar nuestra tecnología que consta de un portacuchillas fijo y un dispositivo de alineación automática, entendiendo que los	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

JUNTA DE ACLARACIONES

ajustes los realiza el porta muestras (cabezal) ¿Se acepta?	
PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO Punto: 10. Ajuste de cuchilla. Desplazamiento mínimo de 20mm. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar nuestra tecnología que es un portacuchillas de ángulo fijo, entendiendo que los ajustes de angulación los realiza el porta muestras (cabezal) ¿Se acepta?	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO Punto: 11. Compatibilidad de cuchillas. Para cuchillas desechables de acero. Pregunta: Entendemos que ofertar un portacuchillas preparado para aceptar cuchillas de alto y bajo perfil estaremos dando cumplimiento a este punto ¿Es correcto?	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO Punto: 14. Interfaz / pantalla. Pantalla LCD con contador de cortes total y parcial. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar pantalla LCD con contador de cortes en sección y en desbaste. ¿Se acepta?	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO Punto: 15. Accesorios incluidos. Portacuchillas, pinza universal, 10 cajas de cuchillas (20 min.), cepillo, cubierta.	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.





LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

JUNTA DE ACLARACIONES

Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar 4 paquetes de 50 cuchillas cada uno ¿Se acepta?	
PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO Punto: 4. Precisión del corte: $\pm 5\%$ o mejor Pregunta: Solicitamos a la convocante debido a la dificultad de referenciar este punto se nos permita ofertar como: El micrótomo Tissue-Tek AutoSection es un instrumento de precisión. ¿Se acepta?	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
PARTIDA 4 PROCESADOR DE TEJIDOS Punto: 1. Tipo de equipo. Procesador automático de tejidos con sistema digital de control Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un procesador automático con tecnología de infiltración por vacío, con programas de procesamiento configurables mediante una pantalla táctil ¿Se acepta?	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
PARTIDA 4 PROCESADOR DE TEJIDOS Punto: 2. Número de estaciones. Mínimo 12 estaciones (9 para reactivos y 3 para parafina) Pregunta: Entiendo que se está ofertando un procesador de infiltración por vacío, solicitamos a la convocante nos permita ofertar este punto como 12 botellas (10 para reactivos y 2 para limpieza) además de 4 contenedores de parafina ¿Se acepta?	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
PARTIDA 4 PROCESADOR DE TEJIDOS Punto: 3. Capacidad de cada recipiente. Al menos 700 ml por vaso o recipiente	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

JUNTA DE ACLARACIONES

Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar botellas de por lo menos 3.2 L ¿Se acepta?	
PARTIDA 4 PROCESADOR DE TEJIDOS Punto: 5. Rango de temperatura parafina. Temperatura ajustable entre 50 °C y 80 °C con precisión de ±1°C Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una temperatura ajustable del horno entre 35° C y 70° C. ¿Se acepta?	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
PARTIDA 4 PROCESADOR DE TEJIDOS Punto: 6. Control de temperatura. Control digital independiente para cada estación o grupo de estaciones Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar pantalla táctil LCD para seleccionar y configurar programas ¿Se acepta?	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
PARTIDA 4 PROCESADOR DE TEJIDOS Punto: 7. Sistema de agitación. Agitación basculante, oscilante o equivalente para máxima penetración y homogeneidad Pregunta: Entendiendo que se está ofertando un procesador de infiltración por vacío, nos permita ofertar método de mezcla por bombeo de entrada y bombeo de salida, ¿Se acepta?	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
PARTIDA 4 PROCESADOR DE TEJIDOS Punto: 9. Sistema de goteo. Goteo programable automático para evitar contaminación cruzada	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.





LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Pregunta: Entiendo que se está ofertando un procesador de infiltración por vacío, solicitamos a la convocante se nos permita ofertar una retorta cerrada que garantiza un ambiente sellado para evitar contaminaciones ¿Se acepta?</p>	
<p>PARTIDA 4 PROCESADOR DE TEJIDOS</p> <p>Punto: 10 Interfaz de usuario. Pantalla digital o botonera para programación y control sencillo</p> <p>Pregunta: Entendemos que se deberá de ofertar una pantalla táctil digital de al menos 10 pulgadas. ¿Es correcto?</p>	<p>Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.</p>
<p>PARTIDA 4 PROCESADOR DE TEJIDOS</p> <p>Punto: 14. Dimensiones máximas. Aproximadamente 80 cm (largo) * 45 cm (ancho) x 45 (alto)</p> <p>Pregunta: Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar un equipo con las siguientes medidas: 60.4 cm (largo), 55.2 cm (ancho), 132.8 cm (alto) ¿Se acepta?</p>	<p>Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.</p>
<p>PARTIDA 4 PROCESADOR DE TEJIDOS</p> <p>Punto: 15. Peso máximo. Hasta 60 kg</p>	<p>Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.</p>



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"

JUNTA DE ACLARACIONES

Pregunta: Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar un equipo de 130 Kg de peso ¿Se acepta?	
PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO Punto: 1. Tipo de equipo: Microtomo rotativo semiautomático de banco	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
Pregunta: Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar un equipo microtomo rotativo manual de banco entendiendo que, desde el punto de vista de un histotecnólogo, un microtomo con estas características permite tener un mayor control del avance y la velocidad del corte, además de que ofrece un mantenimiento más práctico debido a la menor presencia de componentes electrónicos que a futuro reduciría costos. ¿Se acepta?	
PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO Punto: 14. Interfaz / pantalla: Pantalla LCD con contador de cortes total y parcial.	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.
Pregunta: De ser positiva la respuesta anterior solicitamos a la convocante nos permita ofertar este punto como indicador de espesor de corte ya que al tratarse de un equipo 100% manual, no es necesario el uso de pantallas. ¿Se acepta?	
PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"

JUNTA DE ACLARACIONES

Punto: 4. Precisión del corte: $\pm 5\%$ o mejor	
Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar este punto como: El Accu-Cut® SRM™ 200 es un instrumento de precisión ¿Se acepta?	
PARTIDA 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMÁTICO	Respuesta: se acepta su propuesta sin ser limitativa siempre y cuando se refiera como equivalente.
Puntos: 2, 3, 5, 6, 9, 10	
Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar de acuerdo a la tecnología de nuestro fabricante ¿Se acepta?	

Al no presentarse ningún licitante a la Junta de Aclaraciones no se realizan preguntas de las respuestas proporcionadas.

Por último, se pone del conocimiento a los interesados en participar en la presente licitación, que el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día 31 de octubre del 2025, a las 10:00 horas, en el auditorio de ubicado en planta alta del edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ubicado en la avenida Teófilo Borunda Ortiz nº 2900, C.P. 31000, en la colonia centro de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

No habiendo más aclaraciones que realizar, se da por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día 28 de octubre del año dos mil veinticinco, firmada de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar, se publicaran en la página de Contrataciones Públicas del Estado de Chihuahua, así como en la página oficial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, para su debida constancia y efectos de notificación.



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-019-2025-BIS
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"

JUNTA DE ACLARACIONES

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. ELIZABETH PÉREZ GILL

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SUPLENTE DE VOCAL

LIC. LUIS CARLOS PAYÁN ARMENDARIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUPLENTE DE VOCAL

LIC. KAREN YASEL BATISTA CARRASCO
REPRESENTANTE DE LA
COORDINACIÓN JURÍDICA

VOCAL Y REQUERENTE

OBSERVADOR

DR. JOSUE ELEAZAR BATRES MARTINEZ
DIRECTOR MÉDICO

C.P. JORGE VELASCO MARTINEZ
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN PENSIONES CIVILES DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA



Registro de Asistencia
Licitación PCE-LPP-019-2025-BIS
Adquisición de Equipo, Mobiliario e Instrumental Médico
Junta de Aclaraciones



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

28 de octubre de 2025

#	NOMBRE DE EMPRESA Y/O PERSONA FISICA	NOMBRE DE QUIEN LO REPRESENTA	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

A B